

Specificație tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1773741303763/21582389					Data: 26.05.2026	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari (suplimentar)						Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot / Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2		3	4	5	6	7	8
331000 00-1	51	Capcana CO2 pentru monitor MEC2000	60-13100-00/115-043022-00	China	Mindray	Capcana CO2 pentru monitor MEC2000	Capcana CO2 (DryLine I) pentru monitor MEC2000	DM000390702
331000 00-1	90	Sensor O2 compatibil cu ventilator respirație artificiala MindrayVG650	MOX-3	China	Mindray	Sensor O2 compatibil cu ventilator respirație artificiala MindrayVG650, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1, echivalent cu cod ref 4250320600183	Sensor O2 (MOX-3) pentru ventilator respirație artificiala Mindray SV650 (model corect) , data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1.	DM000394662
331000 00-1	91	Sensor O2 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro	MOX-2	China	Mindray	Sensor O2 compatibil cu ventilator masina de anestezie Mindray Wato 65 pro, data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1	Sensor O2 (MOX-2) pentru masina de anestezie Mindray Wato EX-65 PRO (model corect) , data producerii nu mai vechi decit 2 luni de la solicitare 1.	DM000394720
331000 00-1	92	Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650	115-110152-00	China	Mindray	Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray VG650 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri functionali cu dispozitive speciale de catre vinzator in prezenta bioinginerului local si intocmirea actelor normative necesare (raport de verificari, act de efectuare a lucrarilor etc.	Kit de mentenanta 3 ani pentru ventilator Mindray SV600/650/800/850 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri functionali cu dispozitive speciale de catre vinzator in prezenta bioinginerului local si intocmirea actelor normative necesare (raport de verificari, act de efectuare a lucrarilor etc.)	DM000153158

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sveatoslav Prodan** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ÎM „Dutchmed-M” SRL** Adresa: **str. Grenoble 21, oficiul S108, mun. Chișinău**