

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1697440889213**

Denumirea procedurii de achiziție: **Dispozitive medicale (filme radiologice, lămpi bactericide) pentru anul 2024**

Autoritea contractanta: **IMSP SCM Sfânta Treime**

Cod	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33140000-3	1	Lampa bacterică 30W, tip T8	Lampa bacterică 30W, tip T8	XGYT8-UVC-30W No Ozone	China	Haining Xinguangyuan Lighting Technology Co.,Ltd	Lampă bacterică 30W, tip T8. Destinația: Pentru sterilizarea aerului din încăperea și suprafețe. Tip: T8, Soclu: G13, Lungimea: 900, ± 10 mm, Unda spectrală: 254, ± 1 nm, Alimentare: 220 V, 50 Hz, Durata de viață a tubului: ≥ 10000 ore. Garanție minim 12 luni.	Lampă bacterică 30W, tip T8. Destinația: Pentru sterilizarea aerului din încăperea și suprafețe. Tip: T8, Soclu: G13, Lungimea: 900, ± 10 mm, Unda spectrală: 254, ± 1 nm, Alimentare: 220 V, 50 Hz, Durata de viață a tubului: ≥ 10000 ore. Garanție minim 12 luni.	CE,ISO,Declarație de conformitate

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova