

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1729693103546/ 21301964 din: 29.11.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (repetat)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
6	Dulap încălzitor pentru soluții	LEEC W157 Warming Cabinet	United Kingdom	LEEC Limited	<p>Descriere: Dulap care permite încălzirea soluțiilor perfuzabile / infuzabile, cât și menținerea lor la o anumită temperatură.</p> <p>Parametru Specificație: Capacitate Volum cameră cel puțin 75 litri sau aproximativ 35-40 flacoane, 500 ml. Domeniul de temperatură programabil cel puțin în diapazonul de la 35 până la 50 grade Celsius. Afișaj LCD sau LED. Control Microprocesor. Sertare / rafturi da. Construcția interioară din oțel inox / aluminiu. Mobil 4 roti, 2 frâne. Alarmă vizuală și sonoră. Alarma în cazul ușii / sertarelor deschise sau a temperaturii prea mici. Alimentarea 220 V, 50 Hz.</p>	<p>Descriere: Dulap care permite încălzirea soluțiilor perfuzabile / infuzabile, cât și menținerea lor la o anumită temperatură.</p> <p>Parametru Specificație: Capacitate Volum cameră cel puțin 75 litri sau aproximativ 35-40 flacoane, 500 ml. pag.2 din Warming Cabinets July 2023 Domeniul de temperatură programabil cel puțin în diapazonul de la 25 până la 60 grade Celsius pag.2 din Warming Cabinets July 2023. Afișaj LCD sau LED. pag.5 din Warming Cabinets July 2023 Control Microprocesor. pag.2 din Warming Cabinets July 2023 Sertare / rafturi da. pag.3 Warming Cabinets July 2023 Construcția interioară din oțel inox / aluminiu. pag.9 Warming Cabinets July 2023 Mobil 4 roti, 2 frâne. Broșura WST1 Alarmă vizuală și sonoră. pag.7 Warming Cabinets July 2023 Alarma în cazul ușii / sertarelor deschise sau a temperaturii prea mici. Alimentarea 230 V, 50 Hz. pag.4 Warming Cabinets July 2023</p>	CE,ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4