

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1734441212572 / 21325590 din 07.02.2025**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT**

Lot : 35, 36, 42

Pagina 1 din 1

Cod CPV	Cod CPV	Nr lot	Denumirea Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta Nr de inregistrare la AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33600000-6	33600000-6	35	35. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1,67)	35. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1,67)	Urinalysis reagent Dipsticks-2 GLU+KET Nr.catalog U031-02	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.	U-2 - GLU+Ket - test rapid. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) . Ambatate 50*2 teste/kit - termenul de stabilitate de 6 luni Instructiunea , certificatul de conformitate, CatalogProductList (pagina 28) - se anexeaza.	CE, ISO . Inregistrat la AMDM cu nr. DM000377343
33600000-6	33600000-6	36	36. Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1,68)	36. Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1,68)	Urinalysis reagent Dipsticks-1 PRO Kit -50*2 Nr.catalog U031-01	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.	U-1- PRO - - test rapid.Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambatate 50*2 teste/kit - termenul de stabilitate de 6 luni Instructiunea , certificatul de conformitate, CatalogProductList (pagina 28) - se anexeaza.	CE, ISO . Inregistrat la AMDM cu nr. DM000377342
33600000-6	33600000-6	42	42.1 Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent 1.82)	42.1 Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent 1.82)	D-Dimer Control Nr.catalog W812	China	HANGZHOU WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Ddimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot.	Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (Compatibil cu Analizatorul FIA Meter Plus semiautomat oferit) Cerințe specifice pentru kit de control: Set de control specific pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Ddimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot. Instructiunea si certificatul de conformitate se anexeaza.	CE, ISO . Inregistrat la AMDM cu nr.: CONTROL DM000372784; ANALIZATOR FS-113 - DM000372759
	33600000-6		42.2 D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent)	42.2 D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent)	D-Dimer Test rapid Nr.catalog W211	China	HANGZHOU WONDFO BIOTEH CO.,LTD	D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență fast-test. Componenta setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: = 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 % . Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 % .	D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA (imunofluorescență fast-test) - User Manual -Capitol I , pag.3: Componenta setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu Analizatorul FIA Meter Plus FS-113 semiautomat oferit comodat -Catalog-pag.21 ; User Manual- sa anexeaza. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip - User Manual pag. 5, 6- fig.2.6 ; pag. 13 - Capitol VI Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: = 0,99979 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 % . Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 % . User Manual, Instructiunea teste, certificate de conformitate Catalog - pag.23 se anexeaza.	CE, ISO . Inregistrat la AMDM cu nr.: TESTE DM000372782; ANALIZATOR - FS-113 DM000372759

Numele,Prenumele : Varman Irina ,În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev,6

semnat electron