

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP
Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33000000-0	Lot 1. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh	Sanyo NiMh 6v	China	Sanyo	Compatibil cu frigider de laborator Panasonic MBR-305GR-PE. (Ref:(Ref: 5HR-AAC)Termen de garanție min. 12 luni Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Acumulator 6V 2000 mAh	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 35. Lampă pentru microscop	64250	Germania	Osram	Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător. Certificat de conformitate european.	Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 41. Lampă pentru lampa cu fanta SLM-4ER, 12V/50W	64610	Germania	Osram	Ref. 64610. Compatibil cu oftalmoscop lampa cu fanta SLM-4ER, 12V/50W, G4. Timpul de lucru ≥ 50h.	Ref. 64610. Compatibil cu oftalmoscop lampa cu fanta SLM-4ER, 12V/50W, G4. Timpul de lucru ≥ 50h.	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 42. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	64627	Germania	Osram	Ref.64627. Ref.6836FO. Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic. ZEISS OPMI Lumera I 12V/100W. Timpul de lucru ≥ 50h	Ref.64627. Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic. ZEISS OPMI Lumera I 12V/100W. Timpul de lucru ≥ 50h	Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 69. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri	PM Kit-1	Korea de Sud	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri (Ulei Leybold, filtru carbine active, garnituri si accesorii)	Certificat de conformitate european/ ISO 13485. 9001
33000000-0	Lot 70. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri	PM Kit-2	Korea de Sud	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri (Filtru Oil Mist trap, Heat-registing O-ring, NW25Clamp)	Certificat de conformitate european. ISO 13485. 9001
33000000-0-0	Lot 99. Baterii tip AA	AA Super Alkaline	China	GP	Anul de productie 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	AA Super Alkaline	Certificat de conformitate european.
33000000-0-0	Lot 102. Baterii tip C	PowerCell 14 E-S2	China	GP	Anul de productie 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	LR14, C, E93	Certificat de conformitate european.
33000000-0-0	Lot 103. Baterii tip 6F22	Powercell 1604 E-S1	China	GP	Anul de productie 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	Formfactor 6(L)R61 (E, Корунд) 25.5x16.5x47.5 mm	Certificat de conformitate european.
33000000-0-0	Lot 131. Ulei pentru pompe de vacuum	ISO VG 100 1330707	Germania	Ravenol	ISO VG 100	Ulei pentru pompa de vacuum, clasa premium viscozitate ISO VG100.	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 141. Set acumulator Terumo, Ref: PS-12280 NB	PS-12280	SUA	Powersonic	Compatibil cu Advanced Perfusion System 1. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	PowerSonic Valve regulated, maintenance free spill proof construction 12V 28 Ah	ISO 9001.

Semnat: semnatura electronica Numele, Prenumele: Latîsev Anastasia În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED SRL

Adresa: mun.Chîşinău bd.Traian 1/1 of.80