

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623328428722

Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de mentenanță preventivă și corectivă la dispozitive medicale (conform specificației atașate)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 55 Mentenanța preventivă și corectivă la Microscop operator						
55.1	Microscop operator OPMI Vario / S-88	OPMI Vario S88	Germania	Carl Zeiss		Проверка механических и моторизованных функций системы: - проверка оптических и механических компонентов; - очистка оптических поверхностей операционного микроскопа и концевиков световода; - проверка подвижных механических компонентов операционного микроскопа; - очистка и смазка механических узлов (при необходимости); - проверка функционирования рукояток микроскопа; - проверка калибровки автофокусировки; - проверка системы масштабирования (Zoom); - проверка источника света (HLQ); - очистка источника света от пыли; - проверка целостности покрытия лампы; - проверка линий электропитания источника света, штекерных контактов на наличие признаков износа; - проверка функционирования педали управления, FCP. Проверка механических и электрических узлов штатива: - проверка разъемов питания и линий кабелей на наличие износа, повреждения; - проверка колесной базы станда; - проверка крепежных винтов; - проверка функционирования магнитных тормозов для всех осей, где они используются; - очистка всех охлаждающих вентиляторов на стенде; - проверка балансировки микроскопа.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316