

Specificatii tehnice

Numarul achiziției AVM 21416684 din 19.05.2025

Obiectul achiziției: *Achizitionarea de produse parafarmaceutice*
conform necesitatilor IMSP SR Cahul pentru anul 2025

Anexa nr.22

la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

	Denumirea	Producator	Tara de origine	u/m	Canti-tatea	Descrierea tehnică solicitata	Descrierea tehnică propusă de ofertant	std. de ref.
5	Test indicator sterilizare 132 grade	Vinar	Rusia	buc	19000	Indicator p/u controlul calitatii sterilizarii la 132 grade. Universal, nr. de pana la 1000 teste pe baza adeziva, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai putin de 24 luni. instructiune de utilizare in limba romana cu registru	Indicator p/u controlul calitatii sterilizarii la 132 grade, 20min, universal, set 1000 teste, cu registru	ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ___ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.