

Lot 34. Lamele medicale

**Model dispozitiv pentru sudură: STW6810-RFID; Model casete: RFID Cassette;
Producător: Wuhan bms Medicaltech Co., Ltd.; Țara: China**

Specificație tehnică solicitată	Specificație tehnică oferită
Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare – 3 bucăți: Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de suduri obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 36500 suduri. Dispozitivele aflate în dotarea instituției (total – 6 bucăți) : - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor TSCD II (3 bucăți), anul producerii 2014, (dobândite prin contract de achiziție). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor Compodock – s2 (3 bucăți), anul producerii 2020, (dobândite prin contract de comodat). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Va pune la dispoziția beneficiarului dispozitive medicale (4 bucăți) identice ca model de performanță și nu mai vechi anul producerii 2020. Nu se admit aparate reconditionate Pentru locația Chișinău – 2 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de suduri și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 36500 suduri. Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Destinația: pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC a containerelor cu sânge/componente sanguine. Parametrii de lucru: • sudarea sterilă a tuburilor din PVC combinație umed-la-umed, uscat-la-uscat, umed-la-uscat; • asigură o sudură sterilă, sigură și ușor de lucrat;	Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare – 3 bucăți: Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de suduri obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 36500 suduri. Dispozitivele aflate în dotarea instituției (total – 6 bucăți) : - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor TSCD II (3 bucăți), anul producerii 2014, (dobândite prin contract de achiziție). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor Compodock – s2 (3 bucăți), anul producerii 2020, (dobândite prin contract de comodat). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Va pune la dispoziția beneficiarului dispozitive medicale (4 bucăți) identice ca model de performanță și nu mai vechi anul producerii 2020, model: BMS STW6810-RFID, producător: Wuhan bms Medicaltech Co., Ltd, China Nu se admit aparate reconditionate Pentru locația Chișinău – 2 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de suduri și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 36500 suduri – Da, 122 bucăți RFID Cassette, fiecare casetă efectuează 300 de suduri, total – 36600 suduri, – Da, a se vedea pag. 2 din „DTS STW6810”; Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Destinația: pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC a containerelor cu sânge/componente sanguine – Da, a se vedea pag. 2 din „DTS STW6810”; Parametrii de lucru: • sudarea sterilă a tuburilor din PVC combinație umed-la-umed, uscat-la-uscat, umed-la-uscat – Da, a se vedea pag. 1 din „DTS STW6810”; • asigură o sudură sterilă, sigură și ușor de lucrat – Da, a se vedea pag. 2 din „Technical specification STW6810.pdf”;

Anexa Nr.1 la specificația tehnică pentru
Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1695908196818 din 15.11.2023

• ușor de manevrat manual; • Suport pentru două containere; • Creează suduri care îndeplinesc sau depășesc cerințele de rezistență la tracțiune conform ISO 3826-1; • Dotat cu ecran ce va indica parametrii de lucru • Semnal acustic sau vizual la finalul procedurii. -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale 3(trei) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor Lamele medicale 36500 sud Destinație: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine; Proprietăți: Compatibile cu tehnologiile oferite pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC; Forma de ambalare: set cu număr de suduri, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	• ușor de manevrat manual – Da, a se vedea pag. 1 din „DTS STW6810”; • Suport pentru două containere – Da, a se vedea pag. 1 din „DTS STW6810”; • Creează suduri care îndeplinesc sau depășesc cerințele de rezistență la tracțiune conform ISO 3826-1 – Da, a se vedea „Test Report ISO.pdf” și pag. 3 și pag. 6 din „BK220673-Summary.pdf”; • Dotat cu ecran ce va indica parametrii de lucru - Da, a se vedea pag. 1 din „DTS STW6810”; • Semnal acustic sau vizual la finalul procedurii- Da, a se vedea pag. 1 din „DTS STW6810”; -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale 3(trei) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor Lamele medicale 36500 sud Destinație: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine; Proprietăți: Compatibile cu tehnologiile oferite pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC; Forma de ambalare: set cu număr de suduri, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
---	--