

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741100863750din 04.04.2025

Obiectul de achiziției: Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesari Suplimentari 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință
331000 00-1	23	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	1 litru	Ungaria	Ultrage	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	CE, ISO
331000 00-1	24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	5 litre	Ungaria	Ultrage	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cite un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cite un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	CE, ISO
331000 00-1	25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hartie Termica pentru Printer USG UPP-110S, 110MM*20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	DM000753659
331000 00-1	28	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x18m	Hartie termica pentru 57mm x18m	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie termosensibilă, 57x18x12, rolă	Hârtie termosensibilă, 57x18x12, rolă	DM000753656
331000 00-1	29	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă	Hartie Termica pentru Printer USG UPP-110S, 110MM*20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă caroiăj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă caroiăj rosu/albastru	DM000753659
331000 00-1	32	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	Hartie termica pentru 57mm x18m	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiăj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiăj rosu/albastru.	DM000753656

331000 00-1	33	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Hartie Termica pentru Printer USG UPP-110HG, 110MM*18M, High Gloss	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	DM000753654
331000 00-1	36	Hârtie termo- chimică, compatibil cuaparar ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K	210 mm x 140mm , 150 foi	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	gradata, carte, 210 mm x 140mm , 150 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG- 1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului	gradata, carte, 210 mm x 140mm , 150 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului	DM000753664
331000 00-1	37	Hârtie termo- chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	110 mm x 140mm , min 140 foi	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului	gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului	DM000753663
331000 00-1	58	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
331000 00-1	58	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
331000 00-1	59	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Indicator strip Steam 121C- 20 min / 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min., universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
331000 00-1	59	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
331000 00-1	61	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Universale, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
331000 00-1	61	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

331000 00-1	62	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Universale, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
331000 00-1	62	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
331000 00-1	63	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. . Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
331000 00-1	63	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
331000 00-1	78	Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN	Indicator strip Steam 121C- 20 min / 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min., universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
331000 00-1	78	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
331000 00-1	79	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	P1500-BF	Polonia	ZARYS INTERNATI ONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male- female” 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm	DM000227051

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23