

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1571998159522 din 04.11.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabile, piese de schimb pentru an.2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696500-0	Transductor convex PVT-375BT (Aplicatii abdominale,OB/GY N,etc).	PVT-375BT	Japonia	Toshiba	Diapazon frecventa 1.5-6.0 Mhz Frecventa de baza 3,5 Mhz Unghiul de vizualizare 700 Multifrecventa: 1,9;3,0;3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Multifrecventa in armonici tisulare 3.0, 4.0, 5.0, 6,0 Frecventa in armonici tisulare diferentiale 5.0 Compatibil cu ADF si shear 120 000.00 vawe mode	Diapazon frecventa 1.5-6.0 Mhz Frecventa de baza 3,5 Mhz Unghiul de vizualizare 700 Multifrecventa: 1,9;3,0;3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Multifrecventa in armonici tisulare 3.0, 4.0, 5.0, 6,0 Frecventa in armonici tisulare diferentiale 5.0 Compatibil cu ADF si shear 120 000.00 vawe mode	CE

Semnat: _____
Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L.

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**
Adresa: **mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap. 59**