

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1722596630254/21265696 .					Data: „06” septembrie 2024 .	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			"Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale; Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025".						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	3	Bonetă chirurgicală bărbați (844)	Bonetă chirurgicală bărbați (844)	69240	SUA	Halyard Health	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2.Material netesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2.țesătură tri-strat pe părțile laterale, țesătură Spunbond deasupra, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile	ISO/CE
33100000-1	4	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (845)	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (845)	69240	SUA	Halyard Health	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operații. 2.Material netesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2.țesătură tri-strat pe părțile laterale, țesătură Spunbond deasupra, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile	ISO/CE
33100000-1	5	Bonetă chirurgicală femei (846)	Bonetă chirurgicală femei (846)	69240	SUA	Halyard Health	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2.Material netesut polipropilenă cu densitatea minim 20g/m2, 3.Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm, fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2.Material netesut Spunbond respirabil cu un singur strat cu densitatea min. 20g/m2 ,Proiectat pentru a acoperi părul în medii fără contaminare cu fluide sau în medii ușoare cu contaminare cu fluide. 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile	ISO/CE
33100000-1	58	Mască facială cu protector (1234)	Mască facială cu protector (1234)	62114	SUA	Halyard Health	Mască facială cu protector plastic străveziu (incolor)	Mască firă ceață FLUIDSHIELD 2, vizor înconjurător, albastru cu imprimen portocaliu, nivel 2 îndeplinește standardele ASTM F2100-11, Concept pentru a rezista la scurgerea moderată a fluidelor, legături cu vizor înfășurător. 25 bucati/cutie	CE/ ISO Nr de înregistrare AMED DM000375777
33100000-1	82	Set chirurgical steril artroscopie genunchi (1436)	Set chirurgical steril artroscopie genunchi (1436)	48756	SUA	Halyard Health	Set steril artroscopie genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1.buc.: Clamp pentru operații la genunchi 220 x 120cm (± 10cm), cu verifică elastic universal de diam 7cm, circular, cu bordura flexibilă transparentă pentru articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcsm grosime pe toată suprafața, c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 gr/m2, Fixatoare tip "velcro". Clamp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2)2.buc.: Clamp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75cm (± 2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcsm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; d) strat super absorbant în zona critică - minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3, 5 g/dm2.Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea cîmpului, impregnată în țesătură, firă cutie, capacitate adezivă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3)2.buc.: Sac detașabil transparent, cu bandă adezivă, pentru instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40cm (± 5cm), din polietilenă minim 80 mcsm grosime. 4)1.buc.: Film de incizie din polietilenă dimensiuni 30 x 25cm (± 2cm), adeziv pe bază de acrilat. 5)1.buc.: clamp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 80g/m2 și polietilenă minim 50mcsm, plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcsm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofoabă). Pictogramă pentru ghidare. 6)1.buc.: Clamp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 10cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie planată prima în set, deasupra celorlalte cîmpuri și accesori. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcsm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc; 7)1.buc.: Stockinet 20 x 75cm (± 5cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8)2 perechi: Mînuși chirurgicale N0.0 neapătate, din cauciuc deprezonat, cu potențial alergen scăzut (pretenie extensibilă nu mai mult de 20 mcg/g), rezistențe la intervenții chirurgicale cu utilizarea instrumentelor grele; rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu bogal pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0, 65. 9)1.buc.: Marker pentru piele, standard. 10)1.buc.: Husă pentru cameră video endoscopică, dimensiuni minim 18 x 25cm, din polietilenă transparentă de minim 55 mcsm, cu lipici pentru fixație la ambele capete. 11)1.buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu legături la spate. Documente de calificare: 1)Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2)Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă. 3)Certificat de la producător ISO 13485 valabil.	1 Draperie pentru extremități 264 x 193 x 315 cm • Fenestrate circulară conformabilă 6 cm • Huse pentru braț • Întărire din material CONTROL* Plus • Suporturi pentru tuburi 1 folie de sterilizare 89 x 89 cm 1 Husă de masă din spate, întărită 152 x 191 cm 1 Husă Mayo Stand 80 x 145 cm 2 benzi de bandă 10 x 55 cm 1 Impermeeabil Stretchable Stockinette, Mic 17 x 76 cm Marker pentru piele aparte de pachet	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Director.**

Ofertantul: **Endo-Chirurgie SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesterul Manole, nr. 9.**

Specificații de preț										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]										
Numărul licitației:			LP nr. <u>oeds-b3wdp1-MD-1722596630254/21265696</u> .					Data: <u>„06” septembrie 2024</u> .		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			”Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri si seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025”.						Lot: _____	Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3		4	5	6	7	8	9
33100000-1	3	Bonetă chirurgicală bărbați (844)	Bonetă chirurgicală bărbați (844)	Bucată	26700	4.83	5.80	128961.00	154860.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1	4	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (845)	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (845)	Bucată	29800	4.83	5.80	143934.00	172840.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1	5	Bonetă chirurgicală femei (846)	Bonetă chirurgicală femei (846)	Bucată	152000	4.83	5.80	734160.00	881600.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1	58	Mască facială cu protector (1234)	Mască facială cu protector (1234)	Bucată	2000	18.33	22.00	36666.60	44000.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1	82	Set chirurgical steril artroscopie genunchi (1436)	Set chirurgical steril artroscopie genunchi (1436) + Marker pentru piele (vor avea pret comun)	Bucată	160	187.50	225.00	30000.00	36000.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
TOTAL:								1,073,721.60	1,289,300.00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Director**.

Ofertantul: **Endo-Chirurgie SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**