

Specificații tehnice (F4.1)

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga”
Licitatia publica: 21036388: Servicii de mentenanță corectivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 5						
<u>50420000-5</u>	Reparația unitate radiologică mobilă cu braț-C SHIMADZU Opescope Acteno	Opescope Acteno	Japonia	Shimadzu	Înlăturarea defectelor: Error 900 și Error 804 Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	Înlăturarea defectelor: Error 900 și Error 804 Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: „Neotec” SRL
 Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37