

Specificatia tehnică oferită lot 2

Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. #15-1740 (User manual Troleu) DM000453075

Troleu pentru dispozitive-1 unit: Da

Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu 8 prize (numărul de prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Da, 15-1741-300

Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; Da, pag 15-16

4 rafturi + Tavan pentru tastieră + Mouse pad. DA pag 12.

Monitor medical- 1 unit: JUSHA E270AG-DM000456214

Diagonala min. 27 ";

Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD);

Intrări video: min. DVI, VGA;

Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real;

Unghi de vedere min. 178 grade vertical/orizontal;

Cap camera FULL HD- 1 unit: #16-2091 Units pag 11 DM000453108

Senzor 3CDD/CMOS;

Sterilizabil (sa se indice metoda de sterilizare);- Low-temperature sterilisation with hydrogen peroxide or oxide, pag 13. User manual 16-2091

Cameră cu capacitate Full HD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Dotat cu ZOOM optic x2,3

https://rechneronline.de/optical-instruments/objective.php#google_vignette

Focalizare la distanță în diapazonul 15-35 mm

Cablu lungime minim 3m;

Butoane ușor programabile, minim. 3.

Videoprocesor- 1 unit:

Posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1920x1080p, format jpeg; calitate HD, pag 10. User manual 16-2091.

Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă; calitate HD, pag 10. User manual 16-2091

Video ieșire 3xDVI-D, 1xSDI;

USB Interfață minim 2xUSB USB recorder integrat + 4-port Hub2

Sursa de lumina (aparte)- 1 unit: #16-2029, Units pag 18 DM000453100

Sursa de lumina LED;

Durata de funcționare, ore min. 40.000;

Temperatura de culoare aprox. 6500 K;

Controlului reglabil al luminozității;

Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: 15-1718, Units pag 34, aplicatie neurochirurgicala

Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz;

Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de min 20 buc.- 15-1720-300DN

Unitate electrochirurgicală-1 buc: V10GOPT4, Optima –Lamidey Noury (cu accesorii)- DM000530447

Coagulator mono/bipolar;

Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc; FT-optima ,pag 2.

MU-Optima, pag 3, lista accesorii.

Pedală de picior;- V11SM2FN,

Cablu de interconexiune electrod neutru + Electrod neutru - 2 Buc; V11IS1C

Cablu unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m , pentru utilizare coagulator mono/bipolar; V11FM40

Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m, pentru coagulator; V11F242

Să fie oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical