

NOTA INFORMATIVA

Referitor la achizițiile de material de sutură vasculară pentru anul 2024, în urma evaluării ofertelor și mostrelor oferite menționăm:

1. **Compania Cavateh M**

- Diametrul acului este semnificativ mai mare decât diametrul firului de sutură, ceea ce condiționează hemoragii prolongate, deseori în volum destul de mare, din locurile de trecere a acului prin peretele vasului sau a protezei vasculare, ceea ce prezintă risc pentru viața bolnavului.
- Firul de sutură formează rapid, în mod spontan, anse și chiar noduri ceea ce impune stoparea intervenției cu extragerea firului de sutură și înlocuirea cu un alt fir. Aceasta traumează suplimentar peretele vasului și lungeste durata intervenției, precum și durata de ischemie a extremității.

2. **Compania Oxivit-Med**

- Firul de sutură este de același diametru cu acul, ceea ce reprezintă un avantaj. Materialul de sutura este rezistent, iar nodul – ferm. Apreciem calitatea materialului de sutură ca una bună.

23.11.2023



șef secție Chirurgie Vasculara, V.Culiuc