

la Documentația standard nr. _____

din “___” _____ 20__

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1755588918353 din 19.09.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1			2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Set alezoare de cap femural	Set alezoare de cap femural	Sterilization Tray (NFHRS) SBM-1109-45 Base Plate SBM-1109-14 Splash Shield SBM-1109-17 Screw Handle SBM-0503-16 Detachable Clamp SBM-0503-15 Inverted Reamer-AO ø 42 SBM-0503-18 Inverted Reamer-AO ø 44 SBM-0904-21 Inverted Reamer-AO ø 46 SBM-0904-22 Inverted Reamer-AO ø 48 SBM-0503-19 Inverted Reamer-AO ø 50 SBM-0904-23 Inverted Reamer-AO ø 52 SBM-0904-24 Inverted Reamer-AO ø 54 SBM-0503-20 Inverted Reamer-AO ø 56 SBM-0904-25 Inverted Reamer-AO ø 58 SBM-0904-26	Olanda	Spierings Orthopaedics B.V.	Conform caietului de sarcini	Set alezoare de cap femural . Utilizarea Procesarea grefelor de cap femural și personalizarea grefelor osoase în dependență de cerințele față de recipient Specificația: Alezoarele inversate echipate cu un cuplaj, tip Zimmer Stryker-Hall (ZSH) sau echivalent. Asigura fixare puternică și solidă a materialului osos. Set de instrumente confecționat din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent lauzură Setul include: Tavă pentru sterilizare 1 buc. Placă de bază 1 buc. Protector împotriva stropilor 1 buc. Mâner cu șurub 1 buc. Clemă detașabilă 1 buc. Alezoare inversate, diametrul (mm) 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 – câte o bucată	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau