

Specificații tehnice F 4.1

Numărul procedurii de achiziție: 21036429 din 19 februarie 2021 IMSP Institutul de Cardiologie
Denumirea procedurii de achiziție: Termometru (de perete) non contact, cu infraroșu

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Lotul 1 - Termometru (de perete) non contact, cu infraroșu	UFR101	China	Shenzhen Urion Technology Co., Ltd.	-Display: LED -Distanța măsurare: 5-10 cm -Exactitate: 0.2C -Măsurare temperatura: frunte -Termometru cu IR - Interval măsurare temperatura: 0-50C -Instalare: inclus / trepid -Timp detectare: 1 secunda -Alarma la temperatura ridicată -Alimentare: USB DC 4.2 - 5V -Funcție de auto oprire -Temperatura de funcționare: 10C până la +40C -Dimensiuni: 170x115x140 mm -Greutate: 350g -Garanție 12 luni	-Display: LED -Distanța măsurare: 1-10 cm -Exactitate: 0.2C -Măsurare temperatura: frunte -Termometru cu IR - Interval măsurare temperatura: 0-50C -Instalare: inclus / trepid -Timp detectare: 1 secunda -Alarma la temperatura ridicată -Alimentare: USB Type C -Funcție de auto oprire -Temperatura de funcționare: 10C până la +40C -Dimensiuni: 140x93x93 mm -Greutate: 151g -Garanție 12 luni	CE
	TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Crăciun Cristian** În calitate de: **Director executiv**
Ofertantul: „PIRUS” SRL Adresa: **mun. Ungheni, str. Națională 27**

