

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21055694 din 06.05.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale de laborator necesare IMSP Institutul Oncologic

Lot	COD CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Producătorul	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Stativ magnetic PCR	492025	ThermoFisher	SUA	Compatibilitate: tuburi sau stripuri 0.2 mL Capacitate: 16 tuburi 0.2 ml și/sau 2 stripuri cu 8 tuburi 0.2 mL Atragere laterală a particulelor magnetice	Compatibilitate: tuburi sau stripuri 0.2 mL Capacitate: 16 tuburi 0.2 ml și/sau 2 stripuri cu 8 tuburi 0.2 mL Atragere laterală a particulelor magnetice	ISO
2	33100000-1	Vortex	V-1 plus	Biosan	Letonia	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Da	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Da	ISO, CE
3	33100000-1	Vortex cu multe viteze	MSV-3500	Biosan	Letonia	Gama de control a vitezei: 300 - 3000 RPM Module de agitare pentru tuburi: 1.5 mL, 5 mL, 15 mL Timer sonor: Da	Gama de control a vitezei: 300 - 3000 RPM Module de agitare pentru tuburi: 1.5 mL, 5 mL, 15 mL Timer sonor: Da	ISO, CE

4	33100000-1	Micro-centrifugă de laborator	Microspin 12	Biosan	Letonia	Viteză: 100 – $\geq$ 1000 g Capacitate: 12 – 24 eprubete Volume eprubete: 1,5 – 2 mL Să includă adaptore pentru tuburi 0.2 mL și 0.5 mL	Viteză/RCF: 1000-14500 rpm/50 – 12400 g Capacitate: 12 eprubete Volume eprubete: 1,5 – 2 mL Include adaptore pentru tuburi 0.2 mL și 0.5 mL	ISO, CE
5	33100000-1	Multivortex pentru tuburi 1.5 – 2.0 mL	V-32	Biosan	Letonia	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 1.5/0.5/0.2 ml Capacitate: 10 – 20 tuburi 1.5 mL	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 1.5/0.5/0.2 ml Capacitate: 16 tuburi 1.5 mL	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2