

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: " 14.04. 2021

Alternativa Nr.: Nu se oferă

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

[numele deplin al autorității contractante]

IM „Vivamed Internațional” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. - nu au avut loc.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) **IM „Vivamed Internațional” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri :”Achizitionarea serviciilor de de deservire si intretinerea dispozitivelor medicale pentru anul 2021.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
122960,00 lei MD.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
147552,00 lei MD.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA 4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **IM ”Vivamed Internațional” SRL** angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.


Nume: Valeriu Beregoi

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Vivamed Internațional” SRL

Adresa: mun.Chișinău, str.Bogdan Voievod, 7

Data: “14” aprilie 2021

ORDIN DE PLATĂ Nr.		316	DATA EMITERII		13 Aprilie 2021	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI	1,230.00	MDL <u>Una mie doua sute treizeci lei 00 bani</u>					
PLĂTIȚOR (R) <u>VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL</u>			CODUL IBAN		MD96PR002224390033431701		
			CODUL FISCAL		1007600028965		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL PLATITOR <u>BC "ProCredit Bank" SA</u>					CODUL BANCII		
BENEFICIAR (R) <u>IMSP Institutul de Medicina Urgenta</u>			CODUL IBAN		MD55VI022510300000002MDL		
			CODUL FISCAL		1003600152606		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL BENEFICIAR <u>B.C.'VICTORIABANK'S.A.</u>					CODUL BANCII		
DESTINAȚIA PLĂȚII <u>Plata pentru garantia pentru oferta la Licitatia Publica Nr. 2103759 din 14.04.2021</u>				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N			
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII					
001	13-04-2021	13-04-2021					
SEMNĂTURA PRESTATORULUI							
			SEMNĂTURA EMITENTULUI				
			L.S.				
MOTIVUL REFUZULUI			Mentiunile bancii: Internet -Banking Nr.REF - 98154867				

Ordinul de plată este primit de Bancă - 13-04-2021 11:38:49

Statutul ordinului de plată la ora 11:40:25 13-04-2021 : Executat de bancă

Data:14 martie 2021		Alternativă : Nu se oferă
Pagina:1 din 1		

Specificații Tehnice (F4.1)

Numarul LP: nr.21037590
Denumirea Autoritatii Contractante: IMSP IMU
Denumirea LP:"Servicii de deservire si intretinerea dispozitivelor medicale

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	50421000-2	Computer Tomograf Somatom Emotion 16	10165977,s/n: 32233	Germania	Siemens	–Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) –Verificarea și ajustarea generatorului Polydoros (verificarea conexiunii la pământ , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maximele a generatorului) –Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frinelor, limitelor de colimatoarei verticale) –Curățarea, ungerea și testarea stativului vertical –Curățarea, ungerea și testarea stativului vertical –Verificarea legăturii dispozitivului la punctul de conexiune a pământului interior –Instrucțiul personalului medical – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea raportelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea calității imaginii – Instrucțiul personalului medical –Deservirea printerului DryStar 5300, curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului. –Deservirea angionmatului "Vistron CT, Medrad", curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului.	–Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) –Verificarea și ajustarea generatorului Polydoros (verificarea conexiunii la pământ , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maximele a generatorului) –Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) –Verificarea, curățirea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie –Curățarea, ungerea și testarea stativului vertical –Verificarea legături dispozitivului la punctul de conexiune a pământului interior –Instrucțiul personalului medical – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea raportelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea calității imaginii – Instrucțiul personalului medical –Deservirea printerului DryStar 5300, curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului. –Deservirea angionmatului "Vistron CT, Medrad", curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului.	CE,ISO

Numele, prenumele:Beregoi Valeriu
În calitate de: Director
Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL
Adresa: mun. Chisinau, str.Bogdan Voievod,7

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1616494059273/ 21037590 din
«14» aprilie 2021

Denumirea licitației: **Deservirea și întreținerea**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	U/M	Cant.	Preț trimestrial (fără TVA)	Preț trimestrial (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50421000-2	2.Computer tomograf Somatom Emotion 16	Buc	1	30740,00	36888,00	30740,00	36888,00	- pentru lucrări: la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore după efectuarea comenzii; - pentru servicii: conform graficului stabilit în manualul de exploatare a echipamentului medical.	MD87TRPCCCC5184 30A00172AA
TOTAL						30740,00	36888,00		

NOTA: Pretul anual constituie suma de 122960,00 fara TVA si 147552,00 lei cu TVA inclus.

Semnat: Numele, Prenumele:Beregoi V. _____ În calitate de:Director_____.

Ofertantul: **SRL «Vivamed International** » Adresa:Mun.Chisinau, str.**Bogdan Voievod 7,of.5**