

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Spitalul de Stat

Numărul procedurii de achiziție: 21519789, ocds-b3wdp1-MD-1765201529769							Data: 26.12.2025	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea reagenților, seturilor pentru diagnostic , materialelor consumabile de laborator , accesoriilor conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2026							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
10	33696300-8	Teste pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ToxinaA+ToxinaB	ICD-635B / Clostridium difficile GDH + Toxin A+Toxin B Combo Rapid Test cassette (Feces)	China	Alltest	Teste rapide (caseta combo) pentru determinarea Clostridium Difficile, Toxina A, Toxina B si GDH din materiile fecale. Kitul sa concinta tuburi de colectare proba cu bufer si sa incuda separate controale pozitive pentru GDH si toxina A+B.Valorile limită de detecție pentru GDH cel puțin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A și 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitate si specificitate minim 98 % atit pentru GDH cit si pentru Toxina A, B.	Test rapid pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ToxinaA+ToxinaB - metoda imunocromatografica, din materiile fecale. Tuburi de colectare proba cu bufer, incluse in set. Valorile limită de detecție pentru GDH - 1 ng/ml, Toxin A - 2ng /ml, Toxin B - 7 ng/ml. Sensibilitate 95.1 % si specificitate 95.5 % pentru GDH, Sensibilitate 94.3 % si specificitate 97.2 % pentru Toxina A, Sensibilitate 91.8 % si specificitate 96.6 % pentru Toxina B.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 26.12.2025

Valabilitatea ofertei - 60 zile.