



Россия
Акционерное общество «Буньковский экспериментальный завод»
Московская область, Ногинский р-н,
д. Большой Буньково
(495) 970-00-74 E-mail: info@bez-steklotara.ru
Web: www.bez-steklotara.ru

Качество продукции обеспечивается системой менеджмента
качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Сертификат соответствия № РОСС RU.31262.04ЖСПО/СМК000304-16
Выдан 08.11.2016 г., срок действия до 08.11.2019 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №30

Наименование: *Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов*
тип II-250-2-МТО

НД: ГОСТ 10782-85

Основные показатели качества:

Показатель	Значение по НД	Фактическое значение
Термостойкость, перепад температур °C, не менее	40	40
Внутреннее гидростатическое давление, кгс/см ² , не менее	6	6, разрушений нет
Химическая стойкость стекла	pH воды не более 1,7	pH 0,60
	pH 0,9%-го водного раствора хлорида натрия не более 0,8	pH 0,70

Условия хранения: Склад Готовой Продукции

☒ отапливаемый склад

☐ неотапливаемый склад

☐ под навесом

Документы, подтверждающие качество продукции:

Декларация о соответствии. Декларация о соответствии РОСС RU.АД36.Д00252, дата принятия декларации 01.12.2017 г. Действительна до 30.11.2020 г.

№ транспортного средства _____ К 848 ТВ 190
Получатель _____ ООО "ФАРМГРУПП"

Дата производства _____ 19.04.2018
Дата отгрузки _____ 05.02.2019

Количество продукции в партии _____ 7 344 шт

Транспортирование и хранение – по условиям хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150. Бутылки, упакованные в полиэтиленовую термоусадочную пленку, допускается хранить по условиям хранения 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ 10782-85, изм. 1-6 «Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов»

Подпись _____



Штамп ОТК

