



I.C.S. "HMI-HIGIMED INDUSTRIE" S.R.L.
Sediul: MD-2012, Str. M. Costin 7, mun. Chisinau, RC "MoldovaAgroindbank" S.A., III. Et. Coridor
Cod barier: 260101710, c/rt: 2261310301 - în MDL, c/rt: 1004601003274, Tel/fax: +373 2/ 43 09 22
E-mail: moldova@hmi-company.com

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: LP Nr. 21054100

Data: „23” Mai 2022

Denumirea licitației: DEZINFECTANTI 2022, IMSP SCTO

Lot:1.2.3.5

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33600000-6	1.	Dezinfecția rapidă pentru dispozitive medicale și suprafețele cu semnificație epidemiologică ca și alte tipuri de suprafețe (mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient), ambalaj de 5 L cu pulverizator	Dezinfecția rapidă pentru dispozitive medicale și suprafețele cu semnificație epidemiologică ca și alte tipuri de suprafețe (mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient), ambalaj de 5 L cu pulverizator	FarmolCid 5L	R.Moldova	LUXFARM OL SRL	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculoză (mycobacterium terrae), EN 14348 EN 14476 EN 13727 EN 13624 (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate națională competentă în domeniu (ANSP) și certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant); -Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activă: Etanol $\geq 70\%$, sare cuaternară de amoniu, produs gata pentru utilizare; Să nu conțină izopropanol -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani..	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculoză (mycobacterium terrae), EN 14348 EN 14476 EN 13727 EN 13624 (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate națională competentă în domeniu (ANSP) și certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant); -Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activă: Etanol $\geq 70\%$, sare cuaternară de amoniu, produs gata pentru utilizare; Să nu conțină izopropanol -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani..	ISO 13485:2016 ISO9001:2015
33600000-6	2.	Dezinfecția chirurgicală a mâinilor, ambalaj 5 L	Dezinfecția chirurgicală a mâinilor, ambalaj 5 L	FarmolCid 5L	R.Moldova	LUXFARM OL SRL	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculoză (mycobacterium terrae), fungicidă; (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN12791 EN14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate națională competentă în domeniu (ANSP); -Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activă: Etanol $\geq 70\%$, sare cuaternară de amoniu, glicerina, produs gata pentru utilizare, să nu conțină peroxid de hidrogen și Izopropanol; -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.. Expoziția (secunde) $\leq 15-30$ secunde.	***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculoză (mycobacterium terrae), fungicidă; (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN12791 EN14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate națională competentă în domeniu (ANSP); -Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activă: Etanol $\geq 70\%$, sare cuaternară de amoniu, glicerina, produs gata pentru utilizare, să nu conțină peroxid de hidrogen și Izopropanol; -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.. Expoziția (secunde) $\leq 15-30$ secunde.	ISO 13485:2016 ISO9001:2015

Specificații tehnice (F4.1)

33600000-6	.3.	Dezinfectia si curatarea a dispozitivelor medicale (instrumentarului chirurgical, endoscoape, utilaj medical) – ambalaj ≤ 5kg.	Dezinfectia si curatarea a dispozitivelor medicale (instrumentarului chirurgical, endoscoape, utilaj medical) – ambalaj ≤ 5kg.	HMI Hygiene CE 5 kg	r.Bulgaria	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	***Litri solutie de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletlen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; , termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 15 min.	***Litri solutie de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletlen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; , termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 15 min.	ISO13485/2003 ISO 9001/2015 ISO 14001/2015 OHSAS 18001/2007 Directiva CE 93/42EEC
33600000-6	.5.	Sterilizarea chimica la rece a dispozitivelor medicale – ambalaj ≤ 5kg.	Sterilizarea chimica la rece a dispozitivelor medicale – ambalaj ≤ 5kg.	HMI Peroster CE 5 kg	r.Bulgaria	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	***Litri solutie de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, sporicida, tuberculocida (mycobacterium terrae), (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN 13704 EN 14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletlen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 30 min.	***Litri solutie de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, sporicida, tuberculocida (mycobacterium terrae), (la necesitate se va solicita testările de laborator). EN 14476 EN 13727 EN 13624 EN 13704 EN 14348 Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletlen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 30 min.	ISO13485/2003 ISO 9001/2015 ISO 14001/2015 OHSAS 18001/2007 Directiva CE 93/42EEC

Semnat: _____

Iu.Poiata