

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: IMSP SCM Sf.Treime

adresa: 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al S.C. OXIVIT-MED S.R.L, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 23.09.2024

Ofertant/candidat
S.C. OXIVIT-MED S.R.L
Dmitrii Kojevnikov

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1726835982873 din 24.09.2024		
Obiectul achiziției:						Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (2 poziții urgente) 2024		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Admiral Xtreme SBIxxxxxxxxx	SUA	Medtronic	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependenta de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), si minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035" SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.	Balon OTW – DA, pagina 1 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" – "PTA Catheter OTW 0.035" Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata – DA, pagina 2 din "Admiral Xtreme 0110120_Rev01_view.pdf" – "Admiral Xtreme PTA Balloon Catheter – 1. Description" Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm – DA, pagina 2 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" – "Order information" – "Balloon D (mm) + Balloon length" Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. – DA, pagina 1 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" – "Technical specifications – Balloon marker" Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. – DA, pagina 2 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" – "Order information" – RBP (bar)" Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependenta de diametru balonului. – DA, pagina 1 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" - "Technical specifications – Introducer sheath compatibility" Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. – DA, pagina 2 din "Admiral Xtreme 0110120_Rev01_view.pdf" – "Admiral Xtreme PTA Balloon Catheter – 1. Description" Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), si minim 130cm; – DA, pagina 1 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" - "Technical specifications – Usable shaft lengths" Partea distala shaft acoperita hidrofilic – DA, pagina 1 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" - "Technical specifications – Balloon coating" Ghiduri compatibile maximum 0,035" – DA, pagina 1 din "Admiral Xtreme_catalog.pdf" - "Technical specifications – Guidewire compatibility"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM0003661130.DM000366114.DM000366118.DM000366150.DM00366159.DM000366163.DM000366118.DM000366184.DM000366127.DM000366131.DM000366094.DM000366151.DM000366080.DM000366178.DM000366072.DM000366169.DM000366136.DM000366110.DM000366065.DM000366148.DM000366102.DM000366195.DM000366121.DM000366112.DM000366124.DM000366092.DM000366158.DM000366193.DM000366059.DM000366113.DM000366063.DM000366198.DM000366166.DM000366198.DM000366128.DM000366149.DM000366122.DM000366061.DM000366126.DM000366129.DM000366182.DM000366078.DM000366198.DM000366147.DM000366145.DM000366105.DM00036618.DM000366116.DM000366076.DM000366085.DM000366095.DM000366118.DM000366197.DM000366201.DM000366091.DM000366093.DM000366089.DM000366164.DM000366153.DM000366146.DM000366135.DM000366125.DM000366143.DM00036613.DM000366190.DM000366098.DM000366189.DM000366199.DM000366071.DM000366108.DM000366194.DM000366086.DM000366154.DM000366103.DM000366152.DM000366084.DM000366191.DM000366168.DM000366133.DM000366111.DM00036614.DM000366167.DM000366142.DM000366099.DM000366100.DM000366202.DM000366139.DM000366185.DM000366086.DM000366087.DM000366077.DM000366179.DM000366082.DM000366181.DM000366187.DM000366090.DM000366170.DM000366171.DM000366066.DM0003661132.DM000366070.DM000366104.DM000366073.DM000366097.DM000366117.DM000366123.DM000366174.DM000366181.DM000366075.DM000366087.DM000366156.DM000366083.DM000366157.DM000366094.DM00036617.DM000366141.DM000366172.DM000366086.DM000366192.DM000366074.DM000366155.DM000366109.DM000366106.DM000366177.DM000366180.DM000366165.DM000366144.DM00036609.DM000366062.DM000366115.DM000366079.DM000366107.DM000366163.DM000366113.DM000366080.DM000366120.DM000366175.DM000366137.DM000366200.DM000366086.DM000366101.DM000366162.DM000366176.DM000366081.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1726835982873 din 24.09.2024							
Obiectul achiziției:					Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (2 poziții urgente) 2024							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	bucată	35	2 012.50	2 173.50	70 437.50	76 072.50	Termen de livrare 5-7 zile	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							70 437.50	76 072.50				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1726835982873 din 24.09.2024
din cadrul IMSP SCM Sf.Treime**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Va livra bunurile în termen de 5-7 zile din ziua semnării contractului.

Data completării: 23.09.2024

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)