

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1583225347715	Data: 24.03.2020	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale.	Lot: 2.	Pagina: _1_din _1_

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
<b>Lotul 2: Computer tomograf Somatom Emotion 16</b>					
2.1	50421000-2	<b>Computer tomograf Somatom Emotion 16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice</li> <li>- Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice</li> <li>- Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea și curățirea filtrelor de aer</li> </ul> </li> <li>- Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluarea calității imaginii</li> <li>- Instructajul personalului medical</li> </ul> </li> <li>-Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</li> <li>-Deservirea angiomatului "Vistron CT, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice</li> <li>- Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice</li> <li>- Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea și curățirea filtrelor de aer</li> </ul> </li> <li>- Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluarea calității imaginii</li> <li>- Instructajul personalului medical</li> </ul> </li> <li>-Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</li> <li>-Deservirea angiomatului "Vistron CT, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</li> </ul>	

**Semnat electronic**

**Numele, Prenumele: Loghinov Rodion**

**În calitate de: Director**

**Ofertantul: Moldan- Service SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16,of.6**