

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1673506737915 din 03.02.2023						
Obiectul de achiziție: Reactive de laborator 2023						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Probele reumatice						
CPR - LATEX (cu control +/-cu volum nu<1,0 ml) macrometoda	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Cerințe generale*+Nota**. LATEX-TEST	Cerințe generale*+Nota**. LATEX-TEST. Set.fl.x4ml reagent latex+fl.x1ml control pozitiv+fl.x1ml control negativ. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
ASLO – LATEX(cu control +/- cu volum nu< 1.0ml) macrometoda	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Cerințe generale*+Nota**. LATEX-TEST	Cerințe generale*+Nota**. LATEX-TEST. Set.fl.x4ml reagent latex+fl.x1ml control pozitiv+fl.x1ml control negativ. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
RF-Lates test (cu control +/-volum nu <1ml) macrometoda	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Cerințe generale*+Nota**. LATEX-TEST	Cerințe generale*+Nota**. LATEX-TEST. Set.fl.x4ml reagent latex+fl.x1ml control pozitiv+fl.x1ml control negativ. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Casetă ambalată individual pentru determinarea antigenului Helicobacter Pylori	8.04.23.1.0020	Jordan	Atlas Medical	Cu eprubetă cu diluant și pipetă dozator, sensibilitate 99%, specificitate 98.1%.Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE	Cu eprubetă cu diluant și pipetă dozator, sensibilitate 99%, specificitate 98.1%.Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Țoliclon Anti-A	8.02.04.5.0010	Jordan	Atlas Medical	titru 1/32 aglutinare directă pe suprafață, ambalaj 50 doze, 5ml 40 ml	titru 1/256 aglutinare directă pe suprafață, ambalaj (fl.x10ml = 200 doze.) Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Țoliclon Anti-AB	8.02.06.1.0010	Jordan	Atlas Medical	titru 1/32 aglutinare directă pe suprafață, ambalaj 50 doze, 5ml	titru 1/256 aglutinare directă pe suprafață, ambalaj (fl.x10ml = 200 doze.) Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Țoliclon Anti-D IgG	8.02.03.6.0001	Jordan	Atlas Medical	titru 1/1024 aglutinare timp 10 sec, ambalaj 50 doze, 5ml	titru 1/128 aglutinare directă pe suprafață, ambalaj (fl.x10ml = 200 doze.) Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Țolicon Anti-B	8.02.05.1.0010	Jordan	Atlas Medical	titru 1/32 aglutinare directă pe suprafață, ambalaj 50 doze, 5ml	titru 1/256 aglutinare directă pe suprafață, ambalaj (fl.x10ml = 200 doze.) Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set p/u det-a troponinelor test rapid calitativ și semicantitativ	CG2001	China	Getein Biotech	Teste ,cu certificate CE	Set p/u det-a troponinelor test rapid calitativ și semicantitativ. Certificat CE. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Vîrfuri 200-1000 mkl tip Gilson	318172	Italia	Syntesys	cu certificate CE	Vîrfuri 200-1000 mkl tip Gilson. Certificate CE	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9