

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713453520408 din 23/04/2024						
Obiectul achiziției : Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2024 REPETAT						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 4 Sistem de diagnostic radiologic mobil						
Sistem de diagnostic radiologic mobil (XFM ,ItalRay)	XFM	Italia	Italray	Lucrările de mentenanță la necesitate /corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de service; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cât și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: ItalRay Model: XFM Numărul de servicii per an- 3 ori	Da, Lucrările de mentenanță la necesitate /corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: — da, Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; — da, Curățarea părților de lucru; — da, Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; — da, Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; — da, Efectuarea inspecțiilor conform manualului de service; — da, Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; — da, Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cât și cele de program; — da, Calibrarea dispozitivului; — da, Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; — da, Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: ItalRay Model: XFM Numărul de servicii per an- 3 ori	CE, ISO, Certificate de training, AR
TOTAL						

Semnat:
Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011