

Magnetoterapie Cod 400150	FISIOFIELD MIDDLE, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Da, Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune 4,3 inch color, touch-screen/ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ DISPLAY: Da, Canale independente 4 buc./ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ NUMBER OF OUTPUTS: Da, Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ WAVE SHAPES Da, Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ EMISSION FREQUENCY Da, Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss pentru fiecare aplicator FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ PEAK INTENSITY OF THE MAGNETIC FIELD Da, Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ TIMER Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ ACOUSTIC SIGNAL at end of treatment Da, Librarie de protocoale interne de tratament 50 buc. FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ PRESET THERAPEUTIC PROGRAMS Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ USER'S PROGRAM Da, Tensiune 220V, 50 HZ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ POWER SUPPLY VOLTAGE Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., cod.FI194 Covoras electromagnetic min. 50x35 cm 1 buc., cod.FI648 Aplicator magnetic flexibil 1 buc., cod.FI141 "Curele de fixare flexibile 1 set., cod.FI947 Troleu dispozitiv 1 buc., cod.FI347