

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **320 - 20**
« 01 » iulie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
« 01 » iulie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Costum medical din spunbond de culoare albă*

Solicitant *SRL „Tehoptimed”*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1halat*

Data primirii mostrelor *01.07.2020*

Data începerii încercării *01.07.2020*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-69-20* din *01.07.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la metode de încercări *SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	De facto	83,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЭС РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5284/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 24 " aprilie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Măști de protecție, combinezon cu glugă pe o bandă elastică, halate - mîncecă lungă cu bată neagră

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Indicații Metodice nr.29 FȚ/1683 din 14.05.01,

Directiva Europeană 93/42/EEC privind dispozitivele medicale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, „ORIENTAL - FASHION” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„ORIENTAL - FASHION” SRL, Moldova, Găgăuzia, mun.Comrat, str.Pobeda, 58

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, specificații tehnice, fișe tehnice

(a enuțera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Echipamentul de protecție este confecționat din materii(bumbac, spunbond, polipropilen)
admise pentru utilizare în scop curativ profilactic pentru protecție individuală.

Domeniu de utilizare / Область применения:

protecție individuală

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 decembrie 2020

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



Nicolae Furtună
(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

10-XVI-09

0001414

03

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **320 - 20**
« 01 » iulie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
« 01 » iulie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Costum medical din spunbond de culoare albă*

Solicitant *SRL „Tehoptimed”*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1halat*

Data primirii mostrelor *01.07.2020*

Data începerii încercării *01.07.2020*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-69-20* din *01.07.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la metode de încercări *SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	De facto	83,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>