

Denumire Sistem	WAKIe 2TC
Producător	Atys Medical
Țară de origine	Franța
Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 130500 Descriere Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor cranio-cerebrale Parametrul Specificația Tip Portabil obligatoriu Suport pe roțile cu frână obligatoriu Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde obligatoriu Porturi active ≥ 4 porturi Monitor Integrat obligatoriu Boxe Integrate obligatoriu Ecran Touch screen ≥ 15 inch Rezoluția ecran $\geq 1024 \times 768$ Sonde Sonda 2 MHZ, mod: PW obligatoriu Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea traumelor cranio - cerebrale, mod PW obligatoriu Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW obligatoriu Compatibil cu sonde robotizate obligatoriu Moduri de lucru CW obligatoriu PW obligatoriu M-mode obligatoriu Afișare simultană Spectru Minim. 8 adâncimi M-mode + CW/PW+Audio obligatoriu Revizualizare+M-Mode/CW/PW obligatoriu Diagnostic Indici calculați Vs, Vd, Vm, PI, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor Modul de monitorizare Monitorizare Unilateral obligatoriu Monitorizare Bilateral obligatoriu	Da, Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 130500 Da, Descriere Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor cranio-cerebrale Parametrul Specificația Da, Tip Portabil Da, Suport pe roțile cu frână Da, Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde Da, Porturi active : 4 porturi Da, Monitor Integrat Da, Boxe Integrate Da, Ecran Touch screen : 15 inch Da, Rezoluția ecran : 1360 x 768 Da, Sonde Sonda 2 MHZ, mod: PW Da, Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea traumelor cranio - cerebrale, mod PW Da, Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW Da, Compatibil cu sonde robotizate Moduri de lucru Da, CW Da, PW Da, M-mode Da, Afișare simultană Spectru 9 adâncimi Da, M-mode + CW/PW+Audio Da, Revizualizare+M-Mode/CW/PW Da, Diagnostic Indici calculați Vs, Vd, Vm, PI, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor Da, Modul de monitorizare Monitorizare Unilateral Da, Monitorizare Bilateral

Monitorizare continua: trenduri obligatoriu	Da, Monitorizare continua: trenduri
Detectare 1 emboli obligatoriu	Da, Detectare 1 emboli
Analiză detaliată embolie	Da, Analiză detaliată embolie
Indicarea evenimentelor detaliate	Da, Indicarea evenimentelor detaliate
Indicarea evenimentelor detaliate obligatoriu	Da, Indicarea evenimentelor detaliate
Teste susținute Teste de reactivitate vasomotorie obligatoriu	Da, Teste susținute
Stenoze obligatoriu	Da, Teste de reactivitate vasomotorie
Reținere respirației obligatoriu	Da, Stenoze
Hiperventilarea obligatoriu	Da, Reținere respirației
Posibilități software Post-Procesare Raw-Data obligatoriu	Da, Hiperventilarea
Protocoloale Presetate, configurabile	Da, Posibilități software Post-Procesare Raw-Data
Interfața de lucru Configurabilă	Da, Protocoloale Presetate, configurabile
Date pacient Limba Română/ Rusă / Engleză	Da, Interfața de lucru Configurabilă
Rapoarte configurabile obligatoriu	Da, Date pacient Limba Română/ Rusă /Engleză
Conectivitate DICOM 3.0 obligatoriu	Da, Rapoarte configurabile
Ieșiri video HDMI, VGA, alte	Da, Conectivitate DICOM 3.0
Ieșire audio obligatoriu	Da, Ieșiri video HDMI, VGA
Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data obligatoriu	Da, Ieșire audio
Alimentare 220 V/50 Hz obligatoriu	Da, Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data
Baterie, autonomie ≥ 2 ore	Da, Alimentare 220 V/50 Hz
Coș pentru accesorii obligatoriu	Da, Baterie, autonomie 8 ore
	Da, Coș pentru accesorii