

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 din 02.10.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Lampă cu fantă	TSL-900H	China	Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.,	Lampă cu fantă 1. Iluminare LED 2. Tipul microscopului Galilean 3. Microscop Binocular 4. Schimbarea măririi rotativă în 5 pași 5. Mărire totală 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X 6. Oculare 12.5X 7. Unghiul dintre oculare 10° 8. Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim 9. Ajustarea pupilară 52mm-80mm 10. Sistemul de iluminare: - Lățimea fantei, mm 0-14 continuu, ajustabilă - Lungimea fantei, mm 1-14 continuu, ajustabilă - Diametrele aperturii Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm - Unghiul fantei 0°~180° - Înclinarea fantei 5°, 10°, 15°, 20° - Filtre minim: filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu, filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat - Iluminare ≥150KLX 11. Posibilitatea de a transforma lampa cu fantă într-o lampă digitală cu fantă 12. Gama de mișcare: - Deplasarea bazei manevrată de joystic - Deplasare laterală, mm 110 - Deplasare în adâncime, mm ≥110 - Deplasare în înălțime, mm 30 - Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 80 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz	Da, Lampă cu fantă TSL-900H (S360) <i>pag.1 Catalog</i> 1. Da, Iluminare LED <i>pag.2 Catalog</i> 2. Da, Tipul microscopului Galilean <i>pag.4 Catalog</i> 3. Da, Microscop Binocular <i>pag.1 Catalog</i> 4. Da, Schimbarea măririi rotativă în 5 pași <i>pag.4 Catalog</i> 5. Da, Mărire totală 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X <i>pag.4 Catalog</i> 6. Da, Oculare 12.5X <i>pag.4 Catalog</i> 7. Da, Unghiul dintre oculare 10° <i>pag.4 Catalog</i> 8. Da, Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim <i>pag.4 Catalog</i> 9. Da, Ajustarea pupilară 52mm-80mm <i>pag.4 Catalog</i> 10. Da, Sistemul de iluminare: <i>pag.4 Catalog</i> - Da, Lățimea fantei, mm 0-14 continuu, ajustabilă <i>pag.4 Catalog</i> - Da, Lungimea fantei, mm 1-14 continuu, ajustabilă <i>pag.4 Catalog</i> - Da, Diametrele aperturii Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm <i>pag.4 Catalog</i> - Da, Unghiul fantei 0°~180° <i>pag.4 Catalog</i> - Da, Înclinarea fantei 5°, 10°, 15°, 20° <i>pag.4 Catalog</i> - Da, Filtre minim: filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu, filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat <i>pag.4 Catalog</i> - Da, Iluminare ≥150KLX <i>pag.4 Catalog</i> 11. Da, Posibilitatea de a transforma lampa cu fantă într-o lampă digitală cu fantă <i>pag.3 Catalog</i> 12. Da, Gama de mișcare: <i>pag.3 Manual de utilizare</i> - Da, Deplasarea bazei manevrată de joystic <i>pag.1 Catalog</i> - Da, Deplasare laterală, mm 110 <i>pag.3 Manual de utilizare</i> - Da, Deplasare în adâncime, mm 115 <i>pag.3 Manual de utilizare</i> - Da, Deplasare în înălțime, mm 30 <i>pag.3 Manual de</i>	CE, ISO DM000739306

						<i>utilizare</i> - Da , Reglarea înălțimii bărbiei, mm 80 <i>pag.3 Manual de</i> <i>utilizare</i> - Da , Alimentarea, 220 V, 50 Hz <i>pag.4 Catalog</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59