


Specificatii tehnice (F4.1)

IMSP CS Ialoveni

Numărul procedurii de achiziție: 21019278						Data: 24.02. - 02.03.2020	Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți de tip închis, consumabile conform necesităților laboratorului din cadrul IMSP CS Ialoveni pentru an. 2020						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696500-0	Prothombin Time (PT)	PT Lichid	Italia	BEN	Prothombin Time (PT)	Reagent lichid gata pentru lucru ,tromboplastin cu activitatea 14-18 sec. Ambalaj 8 x 5 ml.	ISO, CE.
33696500-0	Fibrinogen Clauss A, set 4 fl x 2 ml	Fibrinogen Clauss	Italia	BEN	Fibrinogen Clauss A, set 4 fl x 2 ml	Set pentru determinarea fibrinogenului, reagent liofilizat. Ambalaj 6x 3 ml.	ISO, CE.
33696500-0	Fibrinogen Clauss B Imidazo, set 4 fl x 15 ml	Coag Diluent	Italia	BEN	Fibrinogen Clauss B Imidazo, set 4 fl x 15 ml	Fibrinogen Clauss B Imidazo = Coag Diluent. Ambalaj 2 x 80 ml.	ISO, CE.
33696500-0	Coagulation Control Level I	Coagulation Normal Control	Italia	BEN	Plasma control cu 2 parametri, patologică, cu parametrii cunoscuti cu INR - lichid,gata pentru lucru. 1ml	Plasma de control normal 7 parametri, liofilizata.Flacon cu volumul 1 ml	ISO, CE.
33696500-0	Coagulation Control Level II	Coagulation Abormal Control	Italia	BEN	Plasma control cu 2 parametri normal, cu parametrii cunoscuti cu INR - lichid,gata p/u lucru. 1ml	Plasma de control patologica 7 parametri, liofilizata.Flacon cu volumul 1 ml	ISO, CE.
33696500-0	HBs Ag, teste, Metoda ELISA +Cerințe generale, CE Marca	HBs Ag ELISA	China	Wantai	HBs Ag, teste, Metoda ELISA +Cerințe generale, CE Marca	<b>Set pentru determinarea HBsAg, 96 teste, Metoda ELISA</b> <i>Înregistrat în Republica Moldova</i> Metoda de determinare ELISA. Seturile sunt livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. In set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set sunt lichizi și gata de lucru.Soluțiile de lucru sunt stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire este indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul conține controlul pozitiv și negative. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Este posibil de a testa cite o probă <b>Conform cerințelor generale</b>	ISO, CE.
33696500-0	Lame de sticlă cu marcaj șlefuit (citologice)	Lame de sticlă	China	-	Lame de sticlă cu marcaj șlefuit (citologice)	Lame de sticlă cu marcaj șlefuit (citologice)	ISO, CE.
33696500-0	Lancete sterile	Lancete sterile	China	-	Lancete sterile	Lancete sterile	ISO, CE.
33696500-0	Teste pentru depistarea sîngelui ocult (mase fecale)	FOB F Cassette	China	AT	Teste pentru depistarea sîngelui ocult (mase fecale)	Teste <b>cartuș</b> pentru depistarea sîngelui ocult (în mase fecale)	ISO, CE.
33696500-0	Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei - 11 parametri (Glucoza, cetone, nitrite, pH, proteine, greutate specifică (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen, Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste	U-14	China	AT	Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei 11 parametri (Glucoza, cetone, nitrite, pH, proteine, greutate specifică (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen, Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste	<b>U-11</b> - Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei - 11 parametri (Glucoza, cetone, nitrite, pH, proteine, greutate specifică (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen, Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste - <b>CU ANALIZATOR PORTATIV GRATIS</b>	ISO, CE.

Semnat:  Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

