

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21055293 din 29.04.2022**Obiectul de achiziției:**Piese de schimb pentru dispozitive medicale

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Lampa UV pentru bucla de recirculare a apei purificate	927909804007	Olanda	Philips	Lungime 65-85 cm Contacte 4 bucăți pe o singură parte Puterea lămpii 85-90W Puterea de iradiere(254 nm) min 28 W Timpul de lucru minim 16000 ore	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25 Lămpile TUV PL-L sunt lămpi UV-C compacte care emit un vârf la 253,7 nm. 2G11 [2G11] Durata de viața utilă (nom) 9000 h Putere (nom) 90 W Curent lămpii (nom) 0,8 A Tensiune (nom) 115 V Informații de bază capac 4 pini Diametru (mm) 38 Lunghezza (mm) 535	ISO
Total lot 5						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**

