

SPECIFICAȚII TEHNICE

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1689852438793 din 29.08.2023**

Obiectul achiziției: **Utilaj stomatologic**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
21. Aparat destinat p/u parodontologie	REF 2031-51 Vector® Paro Pro ultrasonic device	Germania	DURR DENTAL SE	Caracteristica tehnică: parametri de conectare 230V/50-60 Hz; frecvența de lucru 25-35 kHz; volumul de apă în container - 600 ml; consum de apă p/u piesa paro 30 ml/min; suspensie fluidă polish cu granulație medie <10 mkm în pachet de 200 ml; dimensiunile aparatului (16x21,5x25,5 cm); greutate 2,5 kg. Completare: aparatul destinat p/u tratarea parodontitei, piesa parodontală; unitate de alimentare, pedală flex (inclusiv cablu), baterie acumulator 3V litiu CR 2032; set de instrumente parodontale (5 instr.); container de sterilizare p/u piesa parodontală; piesa scaler cu iluminare; instrument scheiler și anse la scheiler; container de sterilizare p/u piesa scheiler; set de mijloace p/u deservirea tehnică; soluție de șlefuire fluid polish lichid special de curățat; mijloc de dezinfectare endo; instrucțiune de exploatare și montare a dispozitivelor parodontale; instrucțiune p/u utilizare (broșură și DVD) "utilizare clinică" și sfaturi cu recomandări". Indicații: tratament parodontal cu piesa parodontală; terapia primară; terapia de menținere (recal); tratamentul periimplantitei cu ajutorul piesei parodontale. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni	Caracteristica tehnică: parametri de conectare 230V/50-60 Hz; frecvența de lucru 25-35 kHz; volumul de apă în container - 600 ml; consum de apă p/u piesa paro 30 ml/min; suspensie fluidă polish cu granulație medie <10 mkm în pachet de 200 ml; dimensiunile aparatului (16x21,5x25,5 cm); greutate 2,5 kg. Completare: aparatul destinat p/u tratarea parodontitei, piesa parodontală; unitate de alimentare, pedală flex (inclusiv cablu), baterie acumulator 3V litiu CR 2032; set de instrumente parodontale (5 instr.); container de sterilizare p/u piesa parodontală; piesa scaler cu iluminare; instrument scheiler și anse la scheiler; container de sterilizare p/u piesa scheiler; set de mijloace p/u deservirea tehnică; soluție de șlefuire fluid polish lichid special de curățat; mijloc de dezinfectare endo; instrucțiune de exploatare și montare a dispozitivelor parodontale; instrucțiune p/u utilizare (broșură și DVD) "utilizare clinică" și sfaturi cu recomandări". Indicații: tratament parodontal cu piesa parodontală; terapia primară; terapia de menținere (recal); tratamentul periimplantitei cu ajutorul piesei parodontale. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni	Certificate ISO 13485, Declaration of Conformity nr.4233860

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Irina Bolgari În calitate de: Directoare "Caracas-Dental" SRL

Ofertantul: "CARACAS-DENTAL" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 66

