

Specificații tehnice Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție 21427155 din 09.07.2025							
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.14)</i>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Holter pentru tensiune arterială	BTL ABPM	BULGARIA	BTL	Perioade de măsurare a TA: 24-48 și 51(opțional) ore; Metoda de măsurare: Deflație oscilometrică în trepte; Capacitate de măsurare: minim 300 măsurări; Precizie: ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată; Manșete aplicabile: Mici, standard și mari; Afișaj: Ecran; Transmitere informații către PC: Da; Masa cu baterii: ≤ 300 g sau masa fără baterii ≤ 200 g; Conform cu standardele internaționale (ex. BHS, AAMI, ESH-IP) Pile electrice format AA de 1,5 V, pile electrice reincărcabile tip AA de 1,2 V	Perioade de măsurare a TA: 24-48, 51(opțional) ore; Metoda de măsurare: Deflație oscilometrică în trepte; Capacitate de măsurare: până la 600 măsurări; Precizie: ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată; Manșete aplicabile: Mică, standard și mare; Afișaj-Ecran; Transmitere informații către PC-Da. Masa cu baterii: 240gr. fără-baterii 190gr. Conform cu standardele internaționale, BHS, AAMI, ESH-IP. Pile electrice reincărcabile format AA ,2 x 1,5 V. Pag.58-60 catalog atașat.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolai Podoleanu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or.Chîșinău, str. Nicolae Testemițanu 3/18