

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri nr. 21018482				Data: „01” Februarie 2020		Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: "Reagenți și consumabile de laborator, pentru anul 2020"				Lot: _____		Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
2.Cercetarea sistemului de hemostază								
2.1	33696500-0	Tromboplastin cu activitatea 14-18 sec, ISI nu mai mic de 1,1	735	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Flacon cu volumul 5 - 8 ml	Flacon cu volumul 10 ml	Certificat ISO
2.2	33696500-0	Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activat	652	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Reagent APTT, pregătiți pentru lucru cu excluderea etapei de diluție, să includă și CaCl, pentru minim 100 teste	Reagent APTT, pregătiți pentru lucru cu excluderea etapei de diluție, CaCl, 100 teste	Certificat CE, ISO
2.3	33696500-0	Set pentru determinarea fibrinogenului	094	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Reagenți lichizi gata pentru folosire, cu excluderea etapei de diluție, pentru minim 100 teste	Reagenți lichizi gata pentru folosire, cu excluderea etapei de diluție, 100 teste	Certificat CE, ISO
2.4	33696500-0	Plasma de control normal 4 parametri	774	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Flacon cu volumul 3 ml	Flacon cu volumul 1 ml	Certificat ISO
2.5	33696500-0	Plasma de control patologică 4 parametri	775	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Flacon cu volumul 3 ml	Flacon cu volumul 1 ml	Certificat ISO
5.Specificații standart p/u investigații imunologice								
5.1	33696500-0	HbsAg - antigenul superficial	I231-1021	SUA	ACON	ELISA	Elisa, set = 96 teste	Certificat ISO
5.2	33696500-0	CPR-Latex	8.00.00.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Latex - Test	Latex - Test, set= 100 teste	Certificat CE, ISO
5.3	33696500-0	ASLO-Latex	8.00.02.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Latex - Test	Latex - Test, set= 100 teste	Certificat CE, ISO
5.4	33696500-0	RF-Latex	8.00.04.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Latex - Test	Latex - Test, set= 100 teste	Certificat CE, ISO
7.Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei								
7	33696500-0	Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glu-coza, nitriți, leucocite.	Mission 10U	SUA	ACON		Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glucoza, nitriți, leucocite. Set = 100 teste	Certificat CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9