

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21307986 din 7 nov 2024
Obiectul achiziției: Panou și prize de oxigen pentru anul 2024 AC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1.Panou (terminal/rampa) cu prize O2 2 buc., aer 2 buc., prize electrice 10 buc., lungimea minim 1 metru. Destinate pentru montarea pe perete.	MG-YOYA	Turcia	Megasan	Prize conform standart DIN 13260-2, Certificate ISO13485, CE. Garanția produsului oferit minim 24 luni.	Prize conform standart DIN 13260-2, Certificate ISO13485, CE. Garanția produsului oferit minim 24 luni.	CE, ISO
Lot.2.Priza de oxigen cu conector, Standart DIN. Destinate pentru montarea pe perete.	MGS-OP-DB	Turcia	Megasan	Standart DIN, tip montare- pe perete Certificate ISO13485, CE. Garanția produsului oferit minim 12 luni.	Standart DIN, tip montare- pe perete Certificate ISO13485, CE. Garanția produsului oferit minim 12 luni.	CE, ISO
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: MD-2025, str. N. Testemițeanu, 19/30 ap. 101, mun. Chișinău, Republica Moldova.