

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712921413875 din 22 apr 2024, 13:00 - 3 mai 2024, 11:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical și de laborator

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
5	50400000-9	Lotul 5- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a autoclavului Biobase BKQ-Z100(H) (1 autoclav)	-	-	-	Se efectuează testul vacuum, profilaxia firelor electrice și conductelor apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se verifică softul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. trimestrial conform graficului	Se efectuează testul vacuum, profilaxia firelor electrice și conductelor apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se verifică softul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. trimestrial conform graficului	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**