



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

“ECOCHIMIE” S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Aurelia BoticaTelefonul de contact 022222364E-mail aurelia.botica@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1761917392627 din 21.11.2025

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	33100000-1	Spălător pentru microplăci ELISA automat	IW-8, INTELISPEED Microplate washer	Lituania	Biosan	Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare. Parametru Specificația Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afișare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 µl din 50 µl de etape pentru spălare (50-400 µl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 µl în 50 de etape pentru distribuirea f)precizie de distribuire: CV: <= 4% peste placa (300 µl volum de distribuire, rata de distribuire:3) g)volumul rezidual: aspirație încrucișată: <= 2 µl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 µl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec)	Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare. Parametru Specificația Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale 8 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afișare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 µl din 25 µl de etape pentru spălare (50-400 µl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 µl în 50 de etape pentru distribuirea f)precizie de distribuire: CV: 2,5% peste placa (300 µl volum de distribuire, rata de distribuire:3) g)volumul rezidual: aspirație încrucișată: <= 2 µl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 µl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec)	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	33100000-1	Spălător pentru microplăci ELISA automat	Bucată	1	90 821.0000	108 985.2000	90 821.00	108 985.20	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							90 821.00	108 985.20	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheerii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu