

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1561363162225

Denumirea procedurii de achiziție: Procedura de achiziție pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 53 Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB						
	53.1	Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB	20132526	Germania	Karl Storz	Compatibil cu surse de lumina endoscopice KARL STORZ Xenon 100 SCB. Timpul de lucru \geq 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu surse de lumina endoscopice KARL STORZ. Xenon 100 SCB. Timpul de lucru \geq 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316