

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782826844125	Data: 31/07/2026	nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	3	Mască Nebulizer (003089)	Mască Nebulizer (003089)	Masca nebulizator adult (Codul produsului:T 20163)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)	Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni - kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm) Conform TDS. Facturare N1	DM0006561 30
33100 000-1	4	Mască Nebulizer pediatrică (003090)	Mască Nebulizer pediatrică (003090)	Masca nebulizator pediatrica (Codul produsului:T 20162)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical. Conform TDS. Facturare N1	DM0006561 31

33100 000-1	9	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare (Codul produsului:CI 1EL)	China	HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	"Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual "	"Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual " Conform TDS. Facturare N1	DM0008688 25
33100 000-1	11	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	Set tuburi extensibile pentru aparat de anestezie (Codul produsului:CI 1EL-F)	China	HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului minim 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar minim 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului minim 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar minim 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril. Conform TDS. Facturare N1	DM0008688 28
33100 000-1	19	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (Codul produsului:S D-T 1024230)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm Conform TDS. Facturare N1	DM0006414 97

33100 000-1	20	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm (Codul produsului:S D-T 1524230)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm Conform TDS. Facturare N1	DM0006414 97
33100 000-1	21	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm (Codul produsului:S D-T 2024230)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm Conform TDS. Facturare N1	DM0006414 97
33100 000-1	27	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Set de tuburi (Codul produsului:CI 1EL)	China	HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, $\geq 1,5$ m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, $\geq 0,5$ m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, $\geq 2L$, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, $\geq 1,5$ m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, $\geq 0,5$ m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, $\geq 2L$, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 Conform TDS. Facturare N1	DM0008688 25
33100 000-1	29	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod lama reutilizabil 3m (Codul produsului:F 4141)	Italia	FIAB SPA	Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte	Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte Conform TDS. Facturare N1	DM0004663 93

33100 000-1	32	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG 8 ore (Codul produsului:B 3644)	China	BSS MEDICAL SUPPLY CO., LIMITED	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult Conform TDS. Facturare N50	DM0003712 26
33100 000-1	35	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	Eletrod neutru adulti (Codul produsului:F 7820W/V)	Italia	FIAB SPA	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. Conform TDS. Facturare N1	DM0006578 03
33100 000-1	48	Electrod ECG 48- 54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 48- 54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 50mm 24 ore (Codul produsului:B 7)	China	BSS MEDICAL SUPPLY CO., LIMITED	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu Conform TDS. Facturare N50	DM0003712 05
33100 000-1	50	Electrod ECG 55- 60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	Electrod ECG 55- 60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	Electrod ECG 48 ore (Codul produsului:F 9067)	Italia	FIAB SPA	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu Conform TDS. Facturare N100	DM0006213 17
33100 000-1	70	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (Codul produsului:A L- 08023.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual Conform TDS. Facturare N1	DM0003783 68

33100 000-1	73	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	Filtru circuite respiratie HME (Codul produsului:A L-08022.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4$ mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4$ mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l Conform TDS. Facturare N1	DM0003783 69
33100 000-1	74	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (	Filtru antibacterien e de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (	Mustiuc pentru spirometru 33mm (Codul produsului:273 01)	Turcia	MEDBAR TIBBI MALZEMER TURIZM SAN. VE TIC. A.S.	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm Conform TDS. Facturare N1	DM0005590 56
33100 000-1	75	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (	Filtru antibacterien e de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (007009)	Mustiuc pentru spirometru 30mm (Codul produsului:273 02)	Turcia	MEDBAR TIBBI MALZEMER TURIZM SAN. VE TIC. A.S.	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir Conform TDS. Facturare N1	DM0005590 57
33100 000-1	76	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru mecanic circuit de respiratie (Codul produsului:G Z-GL-3(A))	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co.,Ltd	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual Conform TDS. Facturare N1	DM0006592 88

33100 000-1	78	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Filtru HME pentru circuit de respirație pediatric (Codul produsului:G Z-GL-2)	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co.,Ltd	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H ₂ O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H ₂ O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual Conform TDS. Facturare N1	DM0006592 98
33100 000-1	80	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru circuite respirație HME (Codul produsului:A L- 08022.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H ₂ O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H ₂ O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual Conform TDS. Facturare N1	DM0003783 69
33100 000-1	81	Filtru traheostomi c de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic HME (Codul produsului:A L- 08025.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cm H ₂ O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cm H ₂ O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual Conform TDS. Facturare N1	DM0003783 70

33100 000-1	85	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG/USG 250ml (Codul produsului:K AF G31-2)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. Conform TDS. Facturare N1	DM0003680 50
33100 000-1	86	Gel ultrasonogra fie (ecografie), 1000 ml (007020)	Gel ultrasonogra fie (ecografie), 1000 ml (007020)	Gel ECG/USG 1000ml (Codul produsului:K AF G-31)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 7. Flacon reutilizabil 8. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 7. Flacon reutilizabil 8. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului Conform TDS. Facturare N1	DM0003680 48
33100 000-1	87	Gel ultrasonogra fie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ultrasonogra fie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ECG/USG 5000ml (Codul produsului:K AF G31-3)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. Conform TDS. Facturare N1	DM0003680 51

33100 000-1	146	Injector- seringa 200ml, Nemoto (007086)	Injector- seringa 200ml, Nemoto (007086)	Set seringă 200ml Nemoto (Codul produsului:H K-10024)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer- Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 Conform TDS. Facturare N1	DM0006769 59
33100 000-1	152	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Mustuc cu turbina pentru spirometrul MIR (Codul produsului:91 0004)	Italia	MEDICAL INTERNATION AL RESEARCH S.P.A	1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință	1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Conform TDS. Facturare N60	DM0006775 35
33100 000-1	160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 100mm x 200m (007103)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 100mm x 200m (007103)	Role pentru sterilizare 100mm x 200m (Codul produsului:4 AFR100200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003924 97

33100 000-1	161	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Role pentru sterilizare 150mm x 200m (Codul produsului:4 AFR150200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003924 98
33100 000-1	162	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Role pentru sterilizare 200mm x 200m (Codul produsului:4 AFR200200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003924 99

33100 000-1	163	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Role pentru sterilizare 250mm x 200m (Codul produsului:4 AFR250200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003925 00
33100 000-1	164	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Role pentru sterilizare 300mm x 200m (Codul produsului:4 AFR300200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003925 01

33100 000-1	165	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Role pentru sterilizare 350mm x 200m (Codul produsului:4 AFR350200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003925 02
33100 000-1	166	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Role pentru sterilizare 400mm x 200m (Codul produsului:4 AFR400200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003925 03

33100 000-1	167	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Role pentru sterilizare 50mm x 200m (Codul produsului:4 AFR050200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003924 95
33100 000-1	168	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Role pentru sterilizare 75mm x 200m (Codul produsului:4 AFR075200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Conform TDS. Facturare N1	DM0003924 96

33100 000-1	177	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (Codul produsului:F 9024SSC + F9009SSC)	Italia	FIAB SPA	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. Conform TDS. Facturare N1 (4+6)	DM0006212 83;DM00062 1298
33100 000-1	180	Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual(CT) (007124)	Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual(CT) (007124)	Set seringă 200ml + 200ml Stellant (Codul produsului:H K-10015)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 - Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. Conform TDS. Facturare N1	DM0006769 55
33100 000-1	205	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set seringă 200ml Nemoto (Codul produsului:H K-10024)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J"	Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J" Conform TDS. Facturare N1	DM0006769 59
33100 000-1	206	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Set seringă 100ml Nemoto (Codul produsului:H K-10007)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J"	Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J" Conform TDS. Facturare N1	DM0006769 58
33100 000-1	207	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole (007172)	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole (007172)	Respisun solutie hipertonica 3% 4ml (Codul produsului:64 25746002219)	Franța	LABORATOIRE UNITHER	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata)	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) Conform TDS. Facturare N96 (24 fiole a câte 4ml)	DM0004511 75

33100 000-1	250	Linie de extensie p/u perfuzor , L- 150cm (007314)	Linie de extensie p/u perfuzor , L- 150cm (007314)	Prelungitor sisteme perfuzie transparent presiune inalta 150cm (Codul produsului:IT 53EXT)	India	NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm Conform TDS. Facturare N1	DM0008443 03
33100 000-1	252	Linie extensie 1,5m, 300 PSI (007316)	Linie extensie 1,5m, 300 PSI (007316)	Prelungitor sisteme perfuzie transparent presiune inalta 150cm (Codul produsului:IT 53EXT)	India	NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta(minim 300 PSI), 1.5m	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta(minim 300 PSI), 1.5m Conform TDS. Facturare N1	DM0008443 03
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--	--