

**Anexa nr.22**

la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021

**Specificatii tehnice**

Numărul LP 21057994 din 10.06.-15.06.2022

Denumirea licitației : **Achiziționarea: Analizator biochimic cu cuva, semiautomat cu sistem de tip închis conform necesitatilor IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie pentru anul 2022**

	Denumirea	Produce- tor	Tara de origine	Canti- tatea	u/m	Descrierea tehnică propusă de ofertant	Std. de ref.
1	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat cu sistem de tip închis	Awareness	SUA	1	buc	Analizator biochimic semiautomat Stat Fax 1904: tip proba: ser, plasma, urina; utilizare reagenti lichizi; incubator incorporat 37 grade C; volum reactiv investigatie 1ml; regim de masurare punct final, cinetic, multipoint cinetic; sursa de lumina lampa halogen; interval de masurare 0,00-2,50 A, precizie +/-1%; filtre de lumina 340, 405, 450, 505, 545, 600; display; memorie interna; imprimanta integrata; calibrare automata; alimentare retea 220V; inclus 1000 eprubete (cuve) p-u Stat Fax	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovski În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: \_mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.