

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21052254 din 02.03.2022**Obiectul de achiziție: Seringa cu ac - 2022**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
4.Seringa p/u insulina 29G	CHINS0129	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac 29G	Conform standardelor EN, ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485:2016 marcat CE acul fixat permanent pe corpul seringii, integrat slefuire de precizie cu lanceta, varf tratat cu silicon pentru o penetrare lina fără volum de spațiu mort Tip INSULINA U100 Dimensiune 1ml Dimensiune G/" 29G x 1/2" Dimensiune metrica 12,7 mm	CE
Total lot 4						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

