

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]								
Numărul procedurii de achiziție		LP nr. 21529389/ ocds-b3wdp1-MD-1766476710963 din 23.12.2025						
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Pieselor de schimb și Accesoriiilor pentru DM conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anul 2026						
Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		
331000 00-1	147	Transductor liniar ML6-15-D pentru GE Vivid S70	Transductor liniar ML6-15-D pentru GE Vivid S70 Model: ML6-15-D PN: H40452LG	Norvegia & China	GE Healthcare si GE VINGMED ULTRASOUND AS, GE Medical Sistem China	Compatibil cu ultrasonograful Vivid e, GE. Diapazonul frecvența de lucru 4,5 MHz – 15,0 MHz, lățimea câmpului de scanare 50 mm. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu ultrasonograful Vivid S70N GE , Vivid e GE nu suporta o astfel de sondă. DA Diapazonul frecvența de lucru 4,0 MHz – 15,0 MHz, lățimea câmpului de scanare 50 mm. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Atasat Data sheet Vivid S70, pagina 21.	Inregistrat in RSDM DM000734880

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2