

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1650017880509 din 21.04.2022					
Obiectul achiziției:		Set p/u cateterizarea venelor centrale Trilumen 7F (Repetat)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen 7Fr	CERTOPIX TRIO 720	Germania	B/Braun	Seturi pentru cateterizarea venelor central Trilumen 7Fr. Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE	corespunde, 4163206E	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de:

Director General

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**