

Specificații tehnică							
	Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1707466719473</u>						
	Obiectul achiziției: Mentenanța Dispozitivului medical Tomograf RT (conform specificației atașate)						
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
98300000-6	Mentenanța Dispozitivului medical Tomograf RT, Prod.GE Healthcare Technologies, Anul 2018	Mentenanța Dispozitivului medical Tomograf RT, Prod.GE Healthcare Technologies, Anul 2018	Franta	GE Healthcare	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. Instruirea personalului. Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului . Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. Instruirea personalului. Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului . Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor. In caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb normale si speciale ale sistemelor nu sunt incluse în costul mentenantei preventive. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	n/a

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2