

Specificații tehnice									
Numărul licitației:			LP nr.21514734			Data: „12”.12.2025		Alternativa nr.: Nu	
Denumirea licitației:			Achiziționarea pieselor de schimb pentru statia de oxigen nr.3 si diverse piese si accesorii pentru CT64 si Opescope Acteno necesare in regim urgent						Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Înregistrare AMDM/CE	
1	2		3	4	5	6		8	
33100000-1	7	Lot 7 Module detector P29F Ref: 8428299	Ref:8428299	Germania	Siemens	Module detector P29F Ref: 8428299 pentru aparatul de Tomografie Computerizată SIEMENS Somatom Sensation 64 cu numarul de serie 55654, cu instalare. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Operatorul va asigura instalarea inclusiv va asigura ca echipamentul să funcționeze după instalarea modulelor.	Module detector P29F Ref: 8428299 pentru aparatul de Tomografie Computerizată SIEMENS Somatom Sensation 64 cu numarul de serie 55654, cu instalare. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Vom asigura instalarea, inclusiv vom asigura ca echipamentul să funcționeze după instalarea modulelor.		
33100000-1	9	Lot 9 Injector CT cu două seringi	Medrad Stellant, SCT 321	SUA	BAYER MEDICAL CARE INC	Descriere: Sistem automat pentru injectarea substanței de contrast, cu două seringi, utilizat în complex cu tomografele computerizate, pentru efectuarea investigațiilor TC cu administrare de contrast. Tip: Injector cu 2 seringi pentru injectarea substanței de contrast și a soluției fiziologice, montat pe suport/rolu cu rotile cu frână. Compatibil cu tomograful computerizat Siemens SOMATOM Definition AS și Siemens SOMATOM Sensation 64. Tip: control: manual de la bordul injectorului și automat de la distanță de pe consola instalată în camera operatorului. Possibilitate injectare simultană a substanței de contrast și a soluției fiziologice. Volum seringi utilizate: 200 ml pentru fiecare canal/soluție. Rata de injectare: setabilă în domeniul 0,1 – 200 ml/s. Volum de injectare: setabil în domeniul 1 – 200 ml. Limită presiune: 325 PSI. Număr faze programabile într-un singur protocol: minim 6. Dotat cu sistem de încălzire/menținere temperatură a substanței injectabile. Dotat cu suport pentru perfuzii. Dotat cu sistem de alarme vizuale și sonore. Măsură de siguranță: Oprirea automată a injectiei la depistarea aerului în sistem. Cap de injectare cu 2 poziții : sus- jos, ce permite injectarea doar în poziția jos. Tensiune alimentare 210 – 240 V/50 Hz. Accesorii obligatorii: -Set seringi sterile, jetabile, de 200 ml cîte 2 buc în set. Compatibile cu sistemul oferit: min. 50 seturi -Set complet de consumabile necesar pentru injectare (de ex. Prolungător, conectoare etc): min 50 seturi. Termen de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune. Agentul economic va asigura instalarea dispozitivului și conectarea acestuia la tomograful computerizat existent în instituție. Agentul economic va asigura instruirea personalului privind utilizarea dispozitivului. Pe perioada de garanție agentul economic va asigura efectuarea mentenanței dispozitivului recomandate de producător. Dispozitivul va fi însoțit de manual de utilizare și ghid rapid în limba română. Dispozitivul va fi însoțit de certificate sau declarație de conformitate CE. Injectorul va fi înregistrat la AMDM. Anul producerii: nu mai vechi de 2024.	Descriere: Sistem automat pentru injectarea substanței de contrast, cu două seringi, utilizat în complex cu tomografele computerizate, pentru efectuarea investigațiilor TC cu administrare de contrast. Tip: Injector cu 2 seringi pentru injectarea substanței de contrast și a soluției fiziologice, montat pe suport/rolu cu rotile cu frână. Model MEDRAD Stellant/Producator Bayer ,conform brouurii anexate. Compatibil cu tomograful computerizat Siemens SOMATOM Definition AS și Siemens SOMATOM Sensation 64. Tip control: manual de la bordul injectorului și automat de la distanță de pe consola instalată în camera operatorului. Possibilitate injectare simultană a substanței de contrast și a soluției fiziologice.-DA Volum seringi utilizate: 200 ml pentru fiecare canal/soluție.Da Rata de injectare: setabilă în domeniul 0,1 – 10 ml/s.Da Volum de injectare: setabil în domeniul 1 – 200 ml.Da Limită presiune: 325 PSI.-Da Număr faze programabile într-un singur protocol: minim 6.-DA Dotat cu sistem de încălzire/menținere temperatură a substanței injectabile.-DA Dotat cu suport pentru perfuzii.-DA Dotat cu sistem de alarme vizuale și sonore. Măsură de siguranță: Oprirea automată a injectiei la depistarea aerului în sistem.Da Cap de injectare cu 2 poziții : sus- jos, ce permite injectarea doar în poziția jos.Tensiune alimentare 210 – 240 V/50 Hz.-DA Accesorii obligatorii: DA -Set seringi sterile, jetabile, de 200 ml cîte 2 buc în set. Compatibile cu sistemul oferit: min. 50 seturi -Set complet de consumabile necesar pentru injectare (de ex. Prolungător, conectoare etc): min 50 seturi. Termen de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune.-DA Agentul economic va asigura instalarea dispozitivului și conectarea acestuia la tomograful computerizat existent în instituție. Agentul economic va asigura instruirea personalului privind utilizarea dispozitivului.-DA Pe perioada de garanție agentul economic va asigura efectuarea mentenanței dispozitivului recomandate de producător.-DA Dispozitivul va fi însoțit de manual de utilizare și ghid rapid în limba română.-DA Dispozitivul va fi însoțit de certificate sau declarație de conformitate CE.-DA Injectorul va fi înregistrat la AMDM.-DA Anul producerii: nu mai vechi de 2024.-DA	CE, DM000378484	

Semnat: Beregoi Valeriu Numele, Prenumele: _____ În calitate de: Director

Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau,Str.Bogdan Voievod,7

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Specificații de preț

Numărul licitației: LP nr.21514734

Data:

„12”12.2025

Alternativa nr.: Nu

Denumirea licitației: Achiziționarea pieselor de schimb pentru statia de oxigen nr.3 si diverse piese si accesorii pentru CT64 si Opescope Acteno necesare in regim urgent									Pagina:1_ din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitate a	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	7	Lot 7 Module detector P29F Ref: 8428299	bucată	5	119760,00	143712,00	598800,00	718560,00	se va efectua conform necesităților în decurs de 45 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC518430A00076AA
33100000-1	9	Lot 9 Injector CT cu două seringi	bucată	1	739783,85	887740,62	739783,85	887740,62	se va efectua conform necesităților în decurs de 45 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC518430A00076AA
Suma totala Lotul I in Lei MD:							1338583,85	1606300,62		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director

Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau,Str.Bogdan Voievod,7