

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1614257278688	Data: 09 martie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achiziționarea detectorului digital pentru dispozitivul radiologic PROTEC PRS-500B (repetat)”	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33000000	Lot 1 Detector digital pentru dispozitivul radiologic PROTEC PRS-500B	RAPIXX 4343M1i WiFi Set	Germania	PROTEC GmbH&CO .KG	Detector digital 43x43cm cu cablu, compatibil cu dispozitivul radiologic Protec PRS-500B Dimensiune pixel max 139 µm Rezoluție 3,6 lp/mm Arie activă 3072x3072 pixel Interfața Fir Lungime cablu min 7 m Afișare imagine Max 4 sec AED (detectarea automată a expunerii) Greutate Max 4 kg Alimentare electrică 220V 50/60Hz Greutate maximă admisibilă pe detector Min 150 kg Margini metalice da. Livrarea, instalarea, sincronizarea și calibrările necesare sunt asigurate de către operatorul economic cîștigător Instruirea personalului medical Garanție min. 2 ani, Certificat care confirmă că dispozitivul este nou (nu a fost utilizat anterior sau restabilit)	Detector digital 43x43cm cu cablu, compatibil cu dispozitivul radiologic Protec PRS-500B Dimensiune pixel max 139 µm Rezoluție 3,6 lp/mm Arie activă 3072x3072 pixel Interfața Fir Lungime cablu min 7 m Afișare imagine Max 4 sec AED (detectarea automată a expunerii) Greutate Max 4 kg Alimentare electrică 220V 50/60Hz Greutate maximă admisibilă pe detector Min 150 kg Margini metalice da. Livrarea, instalarea, sincronizarea și calibrările necesare sunt asigurate de către operatorul economic Instruirea personalului medical Garanție min. 2 ani, Certificat care confirmă că dispozitivul este nou (nu a fost utilizat anterior sau restabilit)	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)