

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: _____	ocds-b3wdp1-MD-1601359872710
Denumirea procedurii de achiziție: _____	
Utilaj medical pentru activitatea științifică	

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 6 Sistem mobil de examinare organe interne						
	6.1	Sistem mobil de examinare organe interne	Uprobe 3 linear Color doppler+ Windows System Tablet	China	Healson Technology Co., Ltd	<i>Tip dispozitiv - transductor USB-C</i> <i>Tip transductor - liniar</i> <i>Frecvență - 12 - 4 MHz</i> <i>Câmp de vizualizare - minim 34.5 mm</i> <i>Domeniu de aplicație - pulmoni, sistem musculo-scheletal, țesuturi moi, vase</i> <i>Adâncime scanare - minim 12 cm</i> <i>Regimuri de examinare - 2D, color Doppler, M-mode, advanced XRES and multivariate harmonic imaging, SonoCT</i> <i>Greutate: max 120 grame</i> <i>Perioada de garanție: minim 35 luni</i> <i>Componența set: transductor, ghidul utilizatorului, cablu USB C, cablu USB B, geantă</i> <i>Vizualizarea imaginilor: prin conectare la tabletă/smartphone Android</i>	<i>Tip dispozitiv - transductor USB-C</i> <i>Tip transductor - liniar</i> <i>Frecvență - 5 - 10 MHz</i> <i>Câmp de vizualizare - minim 34.5 mm</i> <i>Domeniu de aplicație - pulmoni, sistem musculo-scheletal, țesuturi moi, vase</i> <i>Adâncime scanare - 12 cm</i> <i>Regimuri de examinare - 2D, color Doppler, M-mode, advanced XRES and multivariate harmonic imaging, SonoCT</i> <i>Greutate: 120 grame</i> <i>Perioada de garanție: 18 luni</i> <i>Componența set: transductor, ghidul utilizatorului, cablu USB C, cablu USB A</i> <i>geantă INCLUSA</i> <i>Vizualizarea imaginilor: prin conectare la tabletă - TABLETA INCLUSA!!!!</i>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Marina Grosu În calitate de: Director

Ofertantul: "Meditech" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Trandafirilor 13/1, of. 115