

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1782195077526 din 23/06/2026
Obiectul achiziției:	Achiziționarea echipamentului de laborator pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 8. Balanță electronică de 1 kg cu precizia: 0,01	BE10002	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Balanță electronică de precizie pentru laborator. Destinație: cântărirea probelor în condiții de laborator. Cerințe tehnice minime: capacitate 1000 g; precizie (diviziune) 0,01; calibrare internă automată sau externă; unități de măsură minim g, mg; afișaj digital (LCD/LED), iluminat; platformă de cântărire din material rezistent la coroziune (ex. inox), dimensiune minim 100 mm; funcții: tarare (zero), calibrare, protecție la suprasarcină; alimentare 220–240 V / 50 Hz, adaptor inclus; condiții de operare: +10°C până la +30°C; carcasă rezistentă la uzură și substanțe de laborator; accesorii incluse: adaptor, greutăți pentru calibrare (dacă este cazul), manual de utilizare. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: CSP Causeni.	Balanță electronică de precizie pentru laborator. - da Destinație: cântărirea probelor în condiții de laborator. - da Cerințe tehnice minime: capacitate 1000 g; precizie (diviziune) 0,01; - da calibrare internă automată sau externă; unități de măsură minim g, mg; afișaj digital (LCD/LED), iluminat; - da platformă de cântărire din material rezistent la coroziune (ex. inox), dimensiune minim 100 mm; - da funcții: tarare (zero), calibrare, protecție la suprasarcină; - da alimentare 220–240 V / 50 Hz, adaptor inclus; - da condiții de operare: +10°C până la +30°C; - da carcasă rezistentă la uzură și substanțe de laborator; accesorii incluse: adaptor, greutăți pentru calibrare (dacă este cazul), manual de utilizare. - da Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; - da instruirea personalului la sediul beneficiarului; - da manual de utilizare în limba română; - da marcaj CE; - da garanție minim 24 luni. - da Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare - da Locație/destinatar final: CSP Causeni	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 9. Deionizator de apă	BK-UP-20L	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Cerințe tehnice minime: echipament pentru producerea apei purificate de grad II pentru investigații cromatografice și spectrometrie de absorbție atomică, conform SM SR EN ISO 3696:2006; calitatea apei produsă: conductivitate $\leq 0,1 \mu\text{S/cm}$; rezistivitate 15–18 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$; capacitate de producere 5-7 L/oră; alimentare cu apă distilată ca apă de intrare; sistem de monitorizare continuă a conductivității și temperaturii în timpul procesului de purificare; afișaj digital pentru parametrii de funcționare. Accesorii incluse: toate componentele necesare instalării, punerii în funcțiune și utilizării. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Locație/destinatar final: CSP Comrat.	Cerințe tehnice minime: echipament pentru producerea apei purificate de grad II pentru investigații cromatografice și spectrometrie de absorbție atomică, conform SM SR EN ISO 3696:2006; calitatea apei produsă: conductivitate $\leq 0,1 \mu\text{S/cm}$; rezistivitate 15–18 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$; capacitate de producere 5-7 L/oră; alimentare cu apă distilată ca apă de intrare; sistem de monitorizare continuă a conductivității și temperaturii în timpul procesului de purificare; afișaj digital pentru parametrii de funcționare. Accesorii incluse: toate componentele necesare instalării, punerii în funcțiune și utilizării. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Locație/destinatar final: CSP Comrat.	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 10. PH metru-ionomer pentru medii nutritive	PH-P100T	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	pH-metru (ionomer de laborator). Cerințe tehnice minime: domeniu de măsurare pH 2 ... 19,999; rezoluție pH 0,01; acuratețe pH $\pm 0,01$; calibrare automată în minim 2–5 puncte; recunoaștere automată a soluțiilor tampon; compensare automată a temperaturii (ATC); domeniu temperatură minim 0–100°C; afișaj digital (LCD/LED), iluminat; posibilitate conectare electrozi standard; timp de răspuns 30–40 secunde; memorie internă pentru stocare rezultate (după caz); interfață transfer date (USB sau echivalent, după caz); carcasă rezistentă la substanțe chimice uzuale de laborator. Accesorii incluse: Setul include doi electrozi: 1. Electrode pH combinat cu corp din sticlă, senzor de temperatură integrat, cap MultiPin™ sau echivalent și membrană plată pentru măsurători pe suprafețe, cum ar fi plăcile cu agar 2. Electrode pH combinat cu corp din sticlă, senzor de temperatură integrat, cap de senzor sVP8 DES sau echivalent și tehnologie DES® sau echivalent. Proiectat pentru aplicații generale de laborator. 3. sondă de temperatură (dacă nu este integrată), 4. soluții tampon pentru calibrare, 5. suport electrod. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Verificare Metrologică Locație/destinatar final: CSP Comrat.	Specificația tehnică propusă: (produs mai avansat) Domeniu de măsurare pH: -2,00...20,00 Rezoluție pH: 0,001/0,01 Acuratețe pH: $\pm 0,002$ pH $\pm$ one digit Calibrare: automată, 1-5 puncte, cu recunoaștere automată a soluțiilor tampon standard Compensare automată a temperaturii (ATC): domeniu temperatură -10,0...135,0°C Afișaj: LCD de înaltă rezoluție Memorie internă: 500 seturi Interfață transfer date: USB to PC, USB to flash disk Protecție carcasă: IP54 Accesorii incluse: electrod pH din sticlă reîncărcabil; sondă din oțel inoxidabil; soluții tampon de calibrare pH 4,00/7,00/10,01 (50 mL fiecare); suport flexibil pentru electrod; cablu de conectare PC; adaptor de alimentare Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Verificare Metrologică. Locație/destinatar final: CSP Comrat.	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 12. pH metru (Ionomer de laborator)	PH-P100T	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	pH-metru (ionomer de laborator). Cerințe tehnice minime: domeniu de măsurare pH 2 ... 19,999; rezoluție pH 0,01; acuratețe pH $\pm 0,01$; calibrare automată în minim 2–5 puncte; recunoaștere automată a soluțiilor tampon; compensare automată a temperaturii (ATC); domeniu temperatură minim 0–100°C; afișaj digital (LCD/LED), iluminat; posibilitate conectare electrozi standard; timp de răspuns 30-40 secunde; memorie internă pentru stocare rezultate (după caz); interfață transfer date (USB sau echivalent, după caz); carcasă rezistentă la substanțe chimice uzuale de laborator. Accesorii incluse: electrod pH combinat, sondă de temperatură (dacă nu este integrată), soluții tampon pentru calibrare, suport electrod. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Verificare Metrologica Locație/destinatar final: CSP Hincesti.	pH-metru (ionomer de laborator). Cerințe tehnice minime: domeniu de măsurare pH 2 ... 19,999; da rezoluție pH 0,01; da acuratețe pH $\pm 0,01$; da calibrare automată în 1-5 puncte, cu recunoaștere automată a soluțiilor tampon standard; da compensare automată a temperaturii (ATC); -da domeniu temperatură -10,0...135,0°C -da afișaj digital (LCD/LED) , iluminat; posibilitate conectare electrozi standard; -da timp de răspuns 30-40 secunde; memorie internă pentru stocare rezultate (după caz); interfață transfer date (USB sau echivalent, după caz); carcasă rezistentă la substanțe chimice uzuale de laborator. - IP54 Accesorii incluse: electrod pH combinat, sondă de temperatură (dacă nu este integrată), soluții tampon pentru calibrare, suport electrod. -da Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; da instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; da manual de utilizare în limba română; da marcaj CE; garanție minim 24 luni da . Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. da Certificat de Verificare Metrologica da Locație/destinatar final: CSP Hincesti.	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 15. Ph metru	PH-P100T	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	pH-metru (ionomer de laborator). Cerințe tehnice minime: domeniu de măsurare pH 2 ... 19,999; rezoluție pH 0,01; acuratețe pH $\pm 0,01$; calibrare automată în minim 2–5 puncte; recunoaștere automată a soluțiilor tampon; compensare automată a temperaturii (ATC); domeniu temperatură minim 0–100°C; afișaj digital (LCD/LED), iluminat; posibilitate conectare electrozi standard; timp de răspuns 30-40 secunde; memorie internă pentru stocare rezultate (după caz); interfață transfer date (USB sau echivalent, după caz); carcasă rezistentă la substanțe chimice uzuale de laborator. Accesorii incluse: electrod pH combinat, sondă de temperatură (dacă nu este integrată), soluții tampon pentru calibrare, suport electrod. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Verificare Metrologica Locație/destinatar final: CSP Ungheni.	pH-metru (ionomer de laborator) Cerințe tehnice minime: domeniu de măsurare pH 2 ... 19,999 – da rezoluție pH 0,01 – da acuratețe pH $\pm 0,01$ – da calibrare automată în minim 2–5 puncte – da recunoaștere automată a soluțiilor tampon – da compensare automată a temperaturii (ATC) – da domeniu temperatură minim 0–100°C – da afișaj digital (LCD/LED), iluminat – da posibilitate conectare electrozi standard – da timp de răspuns 30–40 secunde – da memorie internă pentru stocare rezultate (după caz) – da interfață transfer date (USB sau echivalent, după caz) – da carcasă rezistentă la substanțe chimice uzuale de laborator – da Accesorii incluse: electrod pH combinat – da sondă de temperatură (dacă nu este integrată) – da soluții tampon pentru calibrare – da suport electrod – da Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului – da instalarea și punerea în funcțiune – da instruirea personalului la sediul beneficiarului – da manual de utilizare în limba română – da marcaj CE – da garanție minim 24 luni – da Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului – da Certificat de Verificare Metrologică – da Locație/destinatar final: CSP Ungheni.	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 18. BLENDER digital de laborator (omogenizator) pentru microbiologie	BFH-01	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Volume de probe - de la 80 la 400 ml. Afișaj digital pentru setarea ușoară a vitezei și timpului. Două palete cu mișcare alternativă. Suprafețe exterioare și interioare din oțel inoxidabil AISI 304 lustruit. Fereastră în ușa frontală pentru observarea probelor ambalate în pungi în timpul omogenizării. Închidere basculantă cu ușa frontală detașabilă pentru a facilita operarea și curățarea. Probele microbiologice pot fi tratate fără riscuri pentru operator sau mediu, prin amestecarea părților solide și semisolide în pungi sigilate, eliminând producția în mediu de bioaerosoli. Specificații: Turație motor: 180...320 min ⁻¹ . Temporizator: Până la 10 h sau continuu Greutate: 13-20 kg. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Locație/destinatar final: CSP Chisinau.	Omogenizator de laborator (Stomacher) Cerințe tehnice minime: volum de probe: de la 80 la 400 ml – da afișaj digital pentru setarea ușoară a vitezei și timpului – da două palete cu mișcare alternativă – da suprafețe exterioare și interioare din oțel inoxidabil AISI 304 lustruit – da fereastră în ușa frontală pentru observarea probelor ambalate în pungi în timpul omogenizării – da închidere basculantă cu ușa frontală detașabilă pentru a facilita operarea și curățarea – da posibilitatea tratării probelor microbiologice fără riscuri pentru operator sau mediu, prin omogenizarea părților solide și semisolide în pungi sigilate, cu eliminarea producerii de bioaerosoli – da turație motor: 180–320 min ⁻¹ – da temporizator: până la 10 ore sau funcționare continuă – da greutate: 13–20 kg – da Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului – da instalarea și punerea în funcțiune – da instruirea personalului la sediul beneficiarului – da manual de utilizare în limba română – da marcaj CE – da garanție minim 24 luni – da Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului – da Locație/destinatar final: CSP Chișinău.	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 21. Termostat	BJPX-H88BK(D)	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Termostat de laborator. Cerințe tehnice minime: capacitate 80–100 L; domeniu de temperatură programabil 37–60 °C; rezoluție de programare 1 °C; timp de funcționare reglabil 1–999 min și funcționare continuă; control prin microprocesor; afișaj digital tip LCD sau LED; ușă dublă, cu ușă interioară din sticlă; cameră interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune și dezinfectanți; sistem de alarmă vizuală și sonoră; alimentare 220 V / 50 Hz. Accesorii incluse: rafturi/grilaje și toate componentele necesare instalării și utilizării. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: CSP Balti.	Termostat de laborator Cerințe tehnice minime: capacitate 80–100 L – da domeniu de temperatură programabil 37–60 °C – da rezoluție de programare 1 °C – da timp de funcționare reglabil 1–999 min și funcționare continuă – da control prin microprocesor – da afișaj digital tip LCD sau LED – da ușă dublă, cu ușă interioară din sticlă – da cameră interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune și dezinfectanți – da sistem de alarmă vizuală și sonoră – da alimentare 220 V / 50 Hz – da Accesorii incluse: rafturi/grilaje – da toate componentele necesare instalării și utilizării – da Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului – da instalarea și punerea în funcțiune – da instruirea personalului la sediul beneficiarului – da manual de utilizare în limba română – da marcaj CE – da garanție minim 24 luni – da Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului – da Certificat de Etalonare – da Locație/destinatar final: CSP Bălți.	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 22. Incubator CO ₂ cu control O ₂ volum 100 litre	BJPX-C160T	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Incubator CO ₂ cu control O ₂ . Cerințe tehnice minime: tip incubator CO ₂ cu control O ₂ ; control O ₂ intervalul 1%-20/25%, controlul CO ₂ intervalul - 0-20%, volum interior 90-100 L; domeniu de temperatură de la ambient + 4 °C până la 60 °C; stabilitate a temperaturii ±0,2 °C; uniformitate a temperaturii 0,5 °C; control independent CO ₂ și O ₂ ; cameră interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune și dezinfectanți; control digital al parametrilor de funcționare; sistem de umidificare controlată; interfețe USB și rețea pentru transfer și monitorizare date; sistem de alarmă pentru temperatură și gaze (CO ₂ și O ₂) și ușa deschisă; sistem de siguranță: protecție la supratemperatură, protecție la deviații ale concentrațiilor de CO ₂ și O ₂ față de valorile setate, alarmă ușă deschisă, protecție la întreruperea alimentării și repornire automată; sistem de calibrare pentru senzori de gaze; alimentare 230 V / 50 Hz. Accesorii incluse: rafturi/grilaje și toate componentele necesare instalării și utilizării. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: Laboratorul microbiologie sanitară.	Incubator CO₂ cu control O₂ Cerințe tehnice minime: tip incubator CO ₂ cu control O ₂ – da control O ₂ în intervalul 1–20/25% – da control CO ₂ în intervalul 0–20% – da volum interior 90–100 L – da domeniu de temperatură: de la ambient +4 °C până la 60 °C – da stabilitate a temperaturii ±0,2 °C – da uniformitate a temperaturii 0,5 °C – da control independent al CO ₂ și O ₂ – da cameră interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune și dezinfectanți – da control digital al parametrilor de funcționare – da sistem de umidificare controlată – da interfețe USB și rețea pentru transfer și monitorizare date – da sistem de alarmă pentru temperatură, gaze (CO ₂ și O ₂) și ușa deschisă – da sistem de siguranță: protecție la supratemperatură, protecție la deviațiile concentrațiilor de CO ₂ și O ₂ față de valorile setate, alarmă ușă deschisă, protecție la întreruperea alimentării și repornire automată – da sistem de calibrare pentru senzori de gaze – da alimentare 230 V / 50 Hz – da Accesorii incluse: rafturi/grilaje – da toate componentele necesare instalării și utilizării – da Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului – da instalarea și punerea în funcțiune – da instruirea personalului la sediul beneficiarului – da manual de utilizare în limba română – da marcaj CE – da garanție minim 24 luni – da Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului – da Certificat de Etalonare – da Locație/destinatar final: Laboratorul microbiologie sanitară.	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz

Lot 26. Incubator automat cu dioxid de carbon	BJPX-C50D	China	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Volumul camerei de lucru: Aproximativ 45-55 l. Intervalul de temperatură de lucru: De la temperatura ambiantă $\approx +5^{\circ}\text{C}$ până la $\approx 50^{\circ}\text{C}$. Precizia menținerii temperaturii: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Reglarea concentrației de CO_2: De la 0 la $\approx 20\%$. Precizia menținerii concentrației de CO_2: $\pm 0,1\%$. Senzor CO_2: Control al concentrației prin senzor infraroșu cu calibrare automată. Reglarea umidității: Până la 90–95 % prin sistem de umidificare integrat. Mod de sterilizare: La 180°C. Alimentare electrică: 220–240 V, 50/60 Hz. Material cameră interioară: Oțel inoxidabil rezistent la coroziune, cu suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat. Ușă interioară: Din sticlă, pentru vizualizarea probelor și reducerea pierderilor de temperatură și CO_2 la deschidere. Rafturi interne: Reglabile pe înălțime, pentru amplasarea și organizarea optimă a probelor. Sistem de control: Digital, cu microprocesor, pentru setarea precisă a temperaturii și a celorlalți parametri de funcționare. Afișaj: Digital, pentru monitorizarea clară a parametrilor în timp real. Sistem de alarmă: Acustică și vizuală, care se declanșează în cazul deviațiilor de temperatură și concentrație de CO_2. Design / Format: Execuție compactă de tip desktop, adecvată pentru utilizare pe mesele de lucru din laboratoare clinice, de cercetare și mobile. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Certificat de Etalonare Locație/destinatar final: Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale.	Incubator CO_2 de laborator (tip desktop) Cerințe tehnice minime: volumul camerei de lucru: aproximativ 45–55 L – da intervalul de temperatură de lucru: de la temperatura ambiantă $+5^{\circ}\text{C}$ până la aproximativ 50°C – da precizia menținerii temperaturii: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ – da reglarea concentrației de CO_2: 0–20 % – da precizia menținerii concentrației de CO_2: $\pm 0,1\%$ – da senzor CO_2: control al concentrației prin senzor infraroșu cu calibrare automată – da reglarea umidității: până la 90–95 % prin sistem de umidificare integrat – da mod de sterilizare: la 180°C – da alimentare electrică: 220–240 V, 50/60 Hz – da cameră interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, cu suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat – da ușă interioară din sticlă, pentru vizualizarea probelor și reducerea pierderilor de temperatură și CO_2 la deschidere – da rafturi interne reglabile pe înălțime, pentru amplasarea și organizarea optimă a probelor – da sistem de control digital, cu microprocesor, pentru setarea precisă a temperaturii și a celorlalți parametri de funcționare – da afișaj digital pentru monitorizarea clară a parametrilor în timp real – da sistem de alarmă acustică și vizuală, pentru deviații de temperatură și concentrație de CO_2 – da execuție compactă de tip desktop, adecvată pentru utilizare pe mesele de lucru din laboratoare clinice, de cercetare și mobile – da Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului – da instalarea și punerea în funcțiune – da instruirea personalului la sediul beneficiarului – da manual de utilizare în limba română – da marcaj CE – da garanție minim 24 luni – da Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului – da Certificat de Etalonare – da	Conform cerințelor tehnice solicitate; marcaj CE; certificat de etalonare/verificare metrologică după caz
---	-----------	-------	--	--	---	---

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Locație/destinatar final: Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale.	

Nume: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun. Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1782195077526 din 23/06/2026							
Obiectul achiziției:		Achiziționarea echipamentului de laborator pentru anul 2026							
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Discount %
38000000-5	Lot 8. Balanță electronică de 1 kg cu precizia: 0,01	buc.	1	4677,00	5612,40	4677,00	5612,40	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: CSP Causeni	
38000000-5	Lot 9. Deionizator de apă	buc.	1	45000,00	54000,00	45000,00	54000,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: CSP Comrat	
38000000-5	Lot 10. PH metru-ionomer pentru medii nutritive	buc.	1	12680,00	15216,00	12680,00	15216,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: CSP Comrat	
38000000-5	Lot 12. pH metru (Ionomer de laborator)	buc.	1	12680,00	15216,00	12680,00	15216,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: CSP Hincești	
38000000-5	Lot 15. Ph metru	buc.	1	12680,00	15216,00	12680,00	15216,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: CSP Ungheni	
38000000-5	Lot 18. BLENDER digital de laborator (omogenizator) pentru microbiologie	buc.	1	18180,00	21816,00	18180,00	21816,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: CSP Chisinau	
38000000-5	Lot 21. Termostat	buc.	1	14000,00	16800,00	14000,00	16800,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: CSP Balti	
38000000-5	Lot 22. Incubator CO2 cu control O2 volum 100 litre	buc.	1	172400,00	206880,00	172400,00	206880,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: Laboratorul microbiologie sanitară	
38000000-5	Lot 26. Incubator automat cu dioxid de carbon	buc.	1	122540,00	147048,00	90300,00	108360,00	90 de zile de la semnarea contractului; destinația finală: Laboratorul factori fizici, radiologici și măsurări instrumentale	
Total						382597,00	459116,40		

Nume: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia