

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1688377296497 din 17.07.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS) REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 7. Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pentru hemodializa)	buc	400	590,00	637,20	236000,00	254880,00	50% în decurs de 15 zile de la solicitare, restul în decurs de 30 zile la solicitare pe parcursul anului	
	Lot 23. Canulă pentru prelevarea țesutului, compatibil cu dispozitivul Corazor aflat în dotare	buc	100	399,00	430,92	39900,00	43092,00		
	TOTAL					275900,00	297972,00		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1688377296497 din 17.07.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS) REPETAT

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 7 Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pentru hemodializa)	FR-3216 ECG	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J -NITINOL(0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 20-25 cm pentru cateter de bază (și nu include lungimea lumenelor), <ul style="list-style-type: none"> -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; Cablu de conectare pentru poziționarea 	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J -NITINOL(0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 20-25 cm pentru cateter de bază (și nu include lungimea lumenelor), <ul style="list-style-type: none"> -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; Cablu de conectare pentru poziționarea 	CE/ISO

					simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	
	Lot 23. Canulă pentru prelevarea țesutului, compatibil cu dispozitivul Corazor aflat în dotare	UT18250-00/	Italia	MEDAX s.r.l	Canule de prelevare a țesutului compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Corazor: acul 18G/diametrul 1,20 mm și lungimea 240 mm	Canule de prelevare a țesutului compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Corazor: acul 18G/diametrul 1,20 mm și lungimea 240 mm	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia