



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
MD - 2004, mun. Chișinău, str. T. Ciorbă, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

Nr. 01-8/506 din 09 iunie 2026

ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1779179275012/21621256 din 28.05.2026

În atenția operatorilor economici!

Prin prezenta, în baza deciziei de atribuire nr. 1 din 09.06.2026, grupul de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul de Medicină Urgentă vă comunică despre desemnarea ofertei câștigătoare depuse în cadrul ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1779179275012/21621256 privind achiziționarea «Container p-u transportarea probelor biologice Repetat (3)», după cum urmează:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea și unitatea de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Container p-u transportarea probelor biologice	Ecochimie SRL	32/buc	2599,98	83 199,36	99 839,23

Reieșind din acest fapt, solicităm încheierea contractului de achiziție, cu Instituția noastră. Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 11.06.2026, numărul maxim de zile pentru semnare este de 5 zile după expirarea termenului de așteptare. Totodata, vă informăm despre examinarea și evaluarea ofertelor depuse:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
GBG-MLD SRL	Oferta se respinge în conformitate cu art.69 alin.(6) lit.b) și lit a) al Legii privind achizițiile publice nr.131/2015 avînd în vedere că bunul ofertat , conform mostrei prezentate, nu corespund specificației tehnice și anume: <ul style="list-style-type: none">- A fost solicitat container prevăzut cu trei cleme de fixare, însă a fost oferit un container cu patru cleme transparente.- S-a solicitat cu un mâner rabatabil, integrat în capac, s-a propus cu mâner tip toartă din oțel inoxidabil (sârmă metalică proeminentă). Acest tip de mâner nu este integrat în structura din plastic a capacului și, prin faptul că rămâne proeminent, împiedică stivuirea directă, stabilă și modulară (plastic pe plastic).

	- În locul separatoarelor ajustabile incluse , se oferă stative din oțel inoxidabil pentru eprubete/recipiente , fapt ce nu întrunește cerința tehnică privind existența separatoarelor ajustabile.
Med-M SRL	oferta se respinge în temeiul art.71, alin. (1) lit.d al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, deoarece valoarea propusă depășește cu 30% valoarea estimativă a achiziției.

Director



Diana Manea

*Ex: Moisenco Cristina
Tel/fax.022 25-08-09*